

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa odczynników diagnostycznych i bakteriologicznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Numer referencyjny: 7/7PN2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 12

Dotyczy: Pakiet nr 14 – Podłoża płynne do diagnostyki mikrobiologicznej 1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie uzupełnienia projektu umowy o zapis dotyczący minimalnej wartości zamówienia jednostkowego, tj. określenie minimalnej wartości netto pojedynczego zamówienia składanego przez Zamawiającego w ramach umowy. Proponowany zapis: "Minimalna wartość netto pojedynczego zamówienia składanego przez Zamawiającego wynosi _____ zł (np. 500 zł netto)." Uzasadnienie: Wprowadzenie minimalnej wartości zamówienia jednostkowego ma na celu zapewnienie racjonalności i efektywności ekonomicznej realizacji umowy przez Wykonawcę. Obsługa bardzo nisko cennych zamówień jednostkowych (np. o wartości kilkudziesięciu złotych) może wiązać się z nieproporcjonalnie wysokimi kosztami logistycznymi, administracyjnymi oraz operacyjnymi, co w praktyce może wpływać negatywnie na terminowość i jakość realizacji dostaw. Ustalenie minimalnej wartości jednostkowego zamówienia pozwala na bardziej efektywne planowanie dostaw oraz

optymalizację kosztów po stronie Wykonawcy, bez uszczerbku dla interesu Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 próbówki plastikowej o objętości 8 ml, zamiast wskazanej w specyfikacji?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 podłoża w próbówce z terminem ważności wynoszącym 6 miesięcy od daty produkcji oraz gwarantowanym minimalnym okresem ważności 5 miesięcy od daty dostawy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

4. Czy Zamawiający w pozycji nr 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża które nie jest przeznaczone do diagnostyki in Vitro w związku z tym nie istnieje obowiązek jego rejestracji w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający
Koordynator Zamówień Publicznych
mgr Magdalena Pudło