

**Szpital Specjalistyczny nr 2**

Batorego 15

41-902 Bytom

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na "**dostawa odczynników diagnostycznych i bakteriologicznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu**" – znak sprawy **14/14PN/2023**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

Pakiet 5

1.Czy Zamawiający poprzez „wymagana jest zewnętrzna kontrola pozytywna” rozumie zewnętrzną kontrolę niezależną od producenta testów np. LabQuality, Randox itp.?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**NIE, chodzi o kontrolę pozytywną dedykowaną do testu w formie wymazówki lub liofilizatu - WYMAGA**

2. Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 test do jakościowego oznaczania kalprotektyny (hCP) w ludzkich próbkach kału z czułością 94%, specyficznością 93% oraz punktem odcięcia 50ug/g?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 19

3. Czy Zamawiający poprzez „wymagana jest zewnętrzna kontrola pozytywna” rozumie zewnętrzną kontrolę niezależną od producenta testów np. LabQuality, Randox itp.?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**NIE, chodzi o kontrolę pozytywną dedykowaną do testu w formie wymazówki lub liofilizatu - WYMAGA**

4. Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 zaoferowanie zestawu testowego konfekcjonowanego po 20 szt. testów?

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 26 ust. 4 pkt 7 ustawy, Zamawiający nie może narzucać warunków dotyczących sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli takie warunki uniemożliwiają lub znacznie utrudniają ubieganie się o zamówienie przez wykonawców.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem otrzymania testów z roczną datą ważności.**

Pakiet 20

5. Czy Zamawiający poprzez „wymagana jest zewnętrzna kontrola pozytywna” rozumie zewnętrzną kontrolę niezależną od producenta testów np. LabQuality, Randox itp.?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**NIE, chodzi o kontrolę pozytywną dedykowaną do testu w formie wymazówki lub liofilizatu - WYMAGA**

Pakiet 21

6. Czy Zamawiający wyjaśni do jakiej pozycji zastosować wymaganie z pkt. 4?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Od pozycji 4 do 7.**

7. Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 test o czułości w odniesieniu do metody ELISA w stosunku do rotawirusów 96,3%, do adenowirusów w odniesieniu do metody ELISA 98,8%?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

8. Czy Zamawiający dopuści w poz. 4 immunochromatograficznym testem do jakościowego oznaczania antygenów Giardia w ludzkich próbkach kału o czułości >97% i swoistości >99%?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

9. Czy Zamawiający dopuści w poz. 4, 5 zaoferowanie zestawu testowego konfekcjonowanego po 10 szt. testów?

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 26 ust. 4 pkt 7 ustawy, Zamawiający nie może narzucać warunków dotyczących sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli takie warunki uniemożliwiają lub znacznie utrudniają ubieganie się o zamówienie przez Wykonawców

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Zamawiający