

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15
41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Dostawa instalacja, uruchomienie i montaż łóżek szpitalnych, foteli i krzeseł do badań specjalistycznych, Optycznego bronchoskopu, ssaków próżniowych, lasera terapeutycznego, lasera diodowego, Aparatu do leczenia zmiennym polem magnetycznym, Aparatu do leczenia polichromatycznym spolaryzowanym światłem niskooenergetycznym w ramach zadania inwestycyjnego "Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu" – znak sprawy 16/16/2021.**

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 3

Dotyczy Pakietu nr 1 – łóżko szpitalne, 65 szt.

Zadanie: Wielofunkcyjne łóżko elektryczne z barierką na $\frac{3}{4}$ długości leża – 53 szt.

1. W zakresie pkt. 4: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka, które z kołami o średnicy 125 mm posiada wolną przestrzeń pomiędzy podłożem a całym podwoziem wynoszącą 110 mm, co umożliwia łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

2. W zakresie pkt. 4: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka, które z kołami o średnicy 150 mm posiada wolną przestrzeń pomiędzy podłożem a całym podwoziem wynoszącą 135 mm, co odbiega od wymogów SWZ zaledwie o 5 mm, przy czym w pełni umożliwia łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. W zakresie pkt. 5: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o długości całkowitej 2180 mm, w którym szerokość leża wynosi 850 mm? Zarówno szerokość całkowita łóżka, jak i długość leża w oferowanym łóżku pozostają zgodne z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem w SWZ.

4. W zakresie pkt. 9: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka, z elektryczną regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie 0-74 stopnie, co jest zakresem lepszym niż wymagany w SWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

5. W zakresie pkt. 9: Czy Zamawiający dla obniżenia kosztów dopuszcza zaoferowanie łóżka bez optycznego wskaźnika kąta przechyłu segmentu oparcia pleców?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

6. W zakresie pkt. 13: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z leżem wypełnionym płytami HPL odejmowanymi – sztywnymi, odpornymi na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

7. W zakresie pkt. 15: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z leżem przystosowanym do materaca o wymiarach 200 x 85 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

8. W zakresie pkt. 17: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania barierki zbliżonych do opisu przedmiotu zamówienia, jednak z niewielkimi różnicami konstrukcyjnymi. Oferujemy barierki: metalowe lakierowane proszkowo, składane wzdłuż ramy leża poniżej poziomu materaca, składające się z trzech poprzeczek – rurek o średnicy 25 mm. Aby złożyć barierki należy odblokować zatrzask znajdujący się w dolnej części barierki, a następnie opuścić barierkę wzdłuż ramy leża.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

9. W zakresie pkt. 17: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania barierki bez krążków odbojowych, ponieważ w zaoferowanym łóżku krążki odbojowe znajdują się w narożnikach ramy łóżka.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

10. W zakresie pkt. 21: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z leżem wyposażonym w stałe metalowe uchwyty materaca przy min. dwóch segmentach leża?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

11. W zakresie pkt. 22: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z podstawą jezdnią wyposażoną w antystatyczne koła o średnicy 125 mm z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

12. W zakresie pkt. 23: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o bezpiecznym obciążeniu 230 kg potwierdzonym badaniami i testami fabrycznymi producenta?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SWZ.

13. W zakresie pkt. 28: Zwracamy uwagę Zamawiającego, że wymagana norma ISO 13485:2012 utraciła ważność 28.02.2019 r. Obecnie obowiązującą normą jest standard ISO 13485:2016.
Czy Zamawiający będzie oczekiwał Certyfikatu ISO 13485:2016, potwierdzającego, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych?
<https://www.tuv.com/poland/pl/en-iso-13485-certyfikacja-systemu-zarz%C4%85dzania-dla-bran%C5%BCy-medycznej.html>

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający oczekuje.

Zadanie: Wielofunkcyjne łóżko elektryczne z barierką na całej długości leża – 1 szt.

1. W zakresie pkt. 4: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka, które z kołami o średnicy 125 mm posiada wolną przestrzeń pomiędzy podłożem a całym podwoziem wynoszącą 110 mm, co umożliwi łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

2. W zakresie pkt. 4: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka, które z kołami o średnicy 150 mm posiada wolną przestrzeń pomiędzy podłożem a całym podwoziem wynoszącą 135 mm, co odbiega od wymogów SWZ zaledwie o 5 mm, przy czym w pełni umożliwia łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. W zakresie pkt. 5: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o długości całkowitej 2180 mm, w którym szerokość leża wynosi 850 mm? Zarówno szerokość całkowita łóżka, jak i długość leża w oferowanym łóżku pozostają zgodne z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

4. W zakresie pkt. 9: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka, z elektryczną regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie 0-74 stopnie, co jest zakresem lepszym niż wymagany w SWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

5. W zakresie pkt. 9: Czy Zamawiający dla obniżenia kosztów dopuszcza zaoferowanie łóżka bez optycznego wskaźnika kąta przechyłu segmentu oparcia pleców?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

6. W zakresie pkt. 13: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z leżem wypełnionym płytami HPL odejmowanymi – sztywnymi, odpornymi na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

7. W zakresie pkt. 15: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z leżem przystosowanym do materaca o wymiarach 200 x 85 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

8. W zakresie pkt. 17: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania barierek zbliżonych do opisu przedmiotu zamówienia, jednak z niewielkimi różnicami konstrukcyjnymi. Oferujemy barierki:

- dwie barierki ciągłe, na całej długości leża, zsuwane w dół, poniżej poziomu materaca, nie powiększające gabarytów łóżka;
- barierki posiadają po trzy poprzeczki poziome aluminiowe o przekroju 50 x 25 mm umieszczone w pionowych stalowych prowadnicach krańcowych przy szczytach;
- barierki posiadają wygodny mechanizm zwalniający barierkę w celu jej opuszczenia;
- barierki posiadają tworzywową listwę odbojową na jednej z poprzeczek każdej barierki;
- oferowane barierki nie są wyposażone w tunel na przewód;
- zaoferowane barierki spełniają normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SWZ.

9. W zakresie pkt. 21: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z leżem wyposażonym w stałe metalowe uchwyty materaca przy min. dwóch segmentach leża?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

10. W zakresie pkt. 22: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka z podstawą jezdnią wyposażoną w antystatyczne koła o średnicy 125 mm z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

11. W zakresie pkt. 23: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka o bezpiecznym obciążeniu 230 kg potwierdzonym badaniami i testami fabrycznymi producenta?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SWZ.

12. W zakresie pkt. 27: Zwracamy uwagę Zamawiającego, że wymagana norma ISO 13485:2012 utraciła ważność 28.02.2019 r. Obecnie obowiązującą normą jest standard ISO 13485:2016.

Czy Zamawiający będzie oczekiwał Certyfikatu ISO 13485:2016, potwierdzającego, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych?

<https://www.tuv.com/poland/pl/en-iso-13485-certyfikacja-systemu-zarz%C4%85dzania-dla-bran%C5%BCy-medycznej.html>

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający oczekuje.

Wyposażenie do łóżek

Zadanie: Specjalistyczny pasywny materac typu gofer (...) – 65 szt.

1. W zakresie pkt. 7: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materaca o grubości 14 cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych zapisów SWZ odnośnie materaca.

W imieniu komisji przetargowej:

Inspektor
ds. Zamówień Publicznych
Anna Panek
mgr Anna Panek