

Bytom dnia: 2023-03-03

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"dostawę materiałów do sterylizacji dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy **5/5PN/2023**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Dotyczy zapisów SWZ:

1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 3

Dotyczy Umowy: Waloryzacja

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę projektu umowy poprzez uwzględnienie w wynagrodzeniu obowiązkowej klauzuli waloryzacyjnej o treści następującej lub możliwie do niej zbliżonej.
Z uwagi na znaczny okres obowiązywania umowy Wykonawca musi przewidzieć konsekwencję obecnej i zakładanej inflacji na koszty realizacji zamówienia, a w rezultacie będzie zmuszony uwzględnić to ryzyko w cenie oferty, co spowoduje uzyskanie przez Zamawiającego zawyżonych cen. Sytuacji tej można jednak uniknąć poprzez zapewnienie odpowiednich mechanizmów waloryzacyjnych. Dlatego proponujemy odwołanie się do możliwie obiektywnego czynnika, tj. wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa GUS. Pierwsza waloryzacja zostałaby dokonana po 6 miesiącach od zawarcia umowy (w oparciu o



comiesięcznie publikowany wskaźnik inflacji za dany miesiąc w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku), a następnie wynagrodzenie ulegałoby odpowiednim zmianom po każdym kolejnym miesiącu obowiązywania umowy.

Propozycja wnioskowanej zmiany:

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegać miesięcznej waloryzacji w oparciu o publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik ceny towarów i usług konsumpcyjnych w danym miesiącu w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku (dalej jako „Wskaźnik”)

w następujący sposób:

- a) pierwsza waloryzacja zostanie dokonana po 6 miesiącach obowiązywania Umowy w oparciu o wysokość Wskaźnika opublikowanego dla miesiąca odpowiadającemu miesiącowi roku poprzedniego;
- b) kolejne waloryzacje będą następować jeden raz w miesiącu w sposób opisany w pkt 1;
- c) w przypadku opóźnienia w opublikowaniu Wskaźnika przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Wykonawca wystawi faktury korygujące za okres, w którym wynagrodzenie powinno ulec waloryzacji lub dokona odpowiedniego zwiększenia lub zmniejszenia kwoty wskazanej na fakturze wystawionej już po publikacji wskaźnika;
- d) waloryzacja nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga jej zmiany (aneksowania), przy czym Wykonawca jest zobowiązany wskazać w treści faktury lub innego dokumentu podstawy obliczenia wysokości zmiany wysokości wynagrodzenia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

Dotyczy Parametry Techniczne:

3. Pakiet 1 ; poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru krepowanego w rozmiarze 50x50 w miejsce rozmiaru 40x40?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Brak możliwości użycia papieru do wymiaru 30x30.

Pytanie nr 5

5. Pakiet 3; zad. 1-11

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm² zgodnie z normą PN 868 ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ, zgodnie z normą PN868.

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga wskazanej folii.

Pytanie nr 6

Pakiet 5 ; zad. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy w kolorze niebieskim?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7

Pakiet 9

Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

Czy Zamawiający wymaga, by zgodnie z nowym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) test kontroli dezynfekcji był wyrobem medycznym? Czy Zamawiający wymaga, załączenia do oferty certyfikatu potwierdzającego nowe wytyczne?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z wymogami normatywnymi obowiązującymi. Dopuszcza, nie wymaga certyfikatu.

Pytanie nr 8

Pakiet 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pistoletu ze złączką ½ " lub ¾" z węzem prostym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 9

Pakiet 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów do pozostałości białkowych, w których czas zmiany koloru w przypadku obecności białek wynosi 1 minutę?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10

Pakiet 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia preparatu w sprayu do ręcznej konserwacji narzędzi medycznych przed sterylizacją parą wodną, na bazie oleju farmaceutycznego, bez zawartości chlorofluorowęglowodorów, nie wpływającego na proces sterylizacji parowej, bez zawartości silikonu, będącego wyrobem medycznym klasy I, konfekcjonowanego w opakowaniach 400 ml, z końcówką dozującą dla precyzyjnej aplikacji oleju, dostarczaną i zabezpieczoną w nasadce każdego opakowania?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11

Pakiet 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plomb pakowanych po 1100 szt.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 12

Pakiet 32 ; zad. 1.1- 1.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszyczka o średnicy oczka w siatce 2.0 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Zamawiający

Referent
ds. Zamówień Publicznych


Monika Łukowska