

Bytom dnia: 2025-01-28

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych
wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w
Bytomiu.

Numer referencyjny: 1/1PN2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 36

Numer postępowania: 1/1PN/2024

pyt. 1.

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 60?

Poz. 1

Worek do laparoskopii typu ENDOBAG 200ml/10mm prowadnica o średnicy otworu wejściowego 10cm, nić nitinol
inteligentna pamięć wejściowa, wymiary worka 60x195mm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Poz.2

Worek do laparoskopii typu ENOBAG 800ml/10mm prowadnica o średnicy otworu wejściowego 10cm, nić nitinol
inteligentna pamięć wejścia, wymiary worka 102x200mm .

*Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny.
Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcje/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo
ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.
Istniejący zapis pakietu wskazuje na zasoby danego Wykonawcy bez opcji złożenia oferty konkurencyjnej, co jest
jednoznaczne z ograniczeniem konkurencji.*

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:


Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

pyt. 2 .

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 61?

Poz. 1

Siatkę wykonaną z polipropylenu monofilamentowego o kształcie anatomicznym o wymiarach 50x60mm, z podwójnymi
ramionami z każdego boku do przeprowadzenia przez otwory zasłonowe (double TOT), o wielkości oczek 1 x 1,25 mm,
grubość 0,34 mm i gramaturze 45 g/m² .



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Poz. 2

Niewchłaniałą, makroporowatą, polipropylenową siatkę z włókna monofilamentowego stosowaną w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. Gramatura implantu 48g/m², całkowita grubość implantu 0,46 mm, wielkość porów 1,01 mm x 1,44 mm, bezbarwna nić o grubości 100 µm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Poz. 3

Siatka do naprawy przepuklin ze 100% polipropylenu monofilamentowego, rozmiar 15x15cm, gramatura 40g/m², grubość 0,35 mm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Poz. 4

Siatka chirurgiczna do naprawy przepuklin, niewchłaniała, wykonana z polipropylenu monofilamentowego, 27g/m², rozmiar 6 x 11 cm, grubość siatki 0,39 mm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Poz. 5

Siatka niewchłaniała, wykonana z polipropylenu monofilamentowego, 27g/m², rozmiar 15x15cm.

Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny.

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.

Istniejący zapis pakietu wskazuje na zasoby danego Wykonawcy bez opcji złożenia oferty konkurencyjnej, co jest jednoznaczne z ograniczeniem konkurencji.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

pyt. 3.

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 62?

Poz. 1

Siatkę chirurgiczną do naprawy przepuklin brzusznych 100% polipropylen monofilamentowy, rozmiar 15 x 15cm, grubość siatki 0,46 mm, wielkość porów 1,01 x 1,44 mm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Poz. 2

Siatkę chirurgiczną do naprawy przepuklin brzusznych 100% polipropylen monofilamentowy, rozmiar 6 x 11cm, grubość siatki 0,46mm, wielkość porów 1,01 x 1,44 mm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Poz. 3

Siatkę chirurgiczną do naprawy przepuklin brzusznych 100% polipropylen monofilamentowy, rozmiar 30 x 30cm, grubość siatki 0,46 mm, wielkość porów 1,01 x 1,44 mm

Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny. Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.


Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

pyt. 4

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 64?

Taśmę do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet wykonaną z polipropylenu monofilamentowego o wymiarach szer. 11 x dł. 45 mm, grubość 0,34 mm i gramaturze 45g/ m².



Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny. Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi. Istniejący zapis pakietu wskazuje na zasoby danego Wykonawcy bez opcji złożenia oferty konkurencyjnej, co jest jednoznaczne z ograniczeniem konkurencji.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:


Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

pyt. 5

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 65?

Taśmę całkowicie niewchłaniałną z polipropylenu monofilamentowego, nie rozciągliwą, makropory 150 mikronów,

atraumatyczne brzegi taśmy, szerokość taśmy w środkowej części 0,12 mm, ramiona szerokość 0,8 mm, całkowita długość min. 550 mm. Taśma w trakcie implantacji nie strzępi się. Narzędzia do implantacji wielorazowego użytku.



Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny. Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi. Istniejący zapis pakietu wskazuje na zasoby danego Wykonawcy bez opcji złożenia oferty konkurencyjnej, co jest jednoznaczne z ograniczeniem konkurencji.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Zamawiający

[Signature]
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracji i Zadań Technicznych
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
Maciech Wierczok