

**Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.**

Zygmunta Starego 20

44-100 Gliwice

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Hemodynamika – wyroby medyczne jednorazowego użycia - powtórka.

Numer referencyjny: 19-P-25

## WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie nr 1

1. Czy zamawiający zmodyfikuje zapis umowy (Załącznik nr 7.1 do SWZ)

§ 3. 4. Ze względu na specyfikę udzielania świadczeń medycznych przez Zamawiającego, w nadzwyczajnych sytuacjach wymagających szybkiego reagowania i pilnego dostarczenia Produktu, Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Produktów w terminie do 48 godzin od chwili złożenia zamówienia, w dni robocze od poniedziałku do piątku. Zamówienia dokonywane w tym trybie zostaną opatrzone adnotacją „CITO”,

§ 5. 6. Ewentualne opóźnienia w płatnościach nie stanowią podstawy do zawieszenia realizacji umowy. Wykonawcy przysługuje prawo wstrzymania świadczenia dostaw objętych niniejszą umową w przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za dokonane dostawy powyżej 120 dni”.

§ 9. 1. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kar umownych od Wykonawcy za:

1) zwłokę w dostawie danej partii Przedmiotu Umowy (zamówienie częściowe) - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto należnego za dane zamówienie częściowe lub część, której dotyczy zwłoka, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad umowny termin dostawy/uzupełnienia Depozytu;

2) zwłokę w dostawie Przedmiotu Umowy (zamówienie częściowe) oznaczonej jako "CITO" - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto za dane zamówienie częściowe lub część, której dotyczy zwłoka, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki ponad umowny termin uzupełnienia Depozytu;

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

1. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pytanie nr 2**




**1. Pytanie dotyczy pakietu nr 3:**

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego, od renomowanego producenta z Unii Europejskiej, stosowanego w kilkudziesięciu placówkach na terenie Polski, w pełni kompatybilnego ze stymulatorami zewnętrznymi firmy FIAB 4427 easypace Italy, produkowanego przez FIAB Spa, Via Bruno Passerini, 2, 50039 Vicchio - FIRENZE z siedzibą we Włoszech, prosimy o dopuszczenie:

1) W pozycji 1 : elektrod w rozmiarach 4Fr, 5Fr oraz 6Fr aż o 4 kształtach końcówki dystalnej do wyboru (dodatkowa korzyść), kompatybilnych z urządzeniami Zamawiającego, o długościach dla poszczególnych średnic zgodnie z parametrami producenta:

DIAMETRO DEL CORPO ŚREDNICA KORPUSU	6 Fr	5 Fr	4 Fr
PLUCA UTILE DŁUGOŚĆ UŻYTKOWA:	60/80/90/125 cm	60/80/90/125 cm	60/80/90 cm

pokrywanych materiałem Pebax (lepsze zachowanie kształtu elektrody i atraumatyczność), wolne od lateksu, z pierścieniami wykonanymi z medycznej stali nierdzewnej, z odległościami 2, 5 i 10mm do wyboru Zamawiającego (dodatkowa korzyść). Elektrody do czasowej stymulacji są przeznaczone do ciągłego używania przez okres powyżej 24 godzin i nie dłużej niż 30 dni), rezystancja < 3 Ohm, zgodnych z poniższą specyfikacją:

		SCHEDA TECNICA ARKUSZ DANYCH		 2797	
SPIKE LC N					
ELETTROCATETERI PER STIMOLAZIONE CARDIACA TEMPORANEA CON SPINOTTI 2MM E CAPPUCIO DI PROTEZIONE ELEKTRODY DO CZASOWEJ STYMULACJI SERCA Z WTYCZKĄ 2 MM (Z NASADKĄ OCHRONNĄ)					
		<p>CURVATURA DISTALE KRZYWA DYSTALNA</p> <p>DRITTA-STRAIGHT      COURNAND JOSEPHSON DAMATO</p>		<p>Elektrody kardiologiczne do tymczasowej stymulacji i rejestracji potencjałów sercowych z elastycznym przekrojem dystalnym i elektrodami ze stali nierdzewnej AISI. Nie zawierają lateksu. Jednorazowe, sterylne. Zakres krzywizn i możliwość wstępnego formowania przewodów pozwalają na pozycjonowanie w komorze i przedsionku zarówno przez dostęp dolny, jak i żyłę główną górną.</p> <p>Elettrocateri per stimolazione temporanea endocavitaria e registrazione dei potenziali cardiaci con sezione distale flessibile ed elettrodi in acciaio AISI. Prodotto senza lattice. Sterilne Monouso. La gamma delle curve e la possibilità di preformazione dei cateteri consentono il posizionamento in ventricolo ed in atrio, sia con approccio da vena cava inferiore che superiore.</p>	
N.DI POLI – LICZBA BIEGUNÓW		2			
DIST. INTERELETTRODICA (mm) ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY ELEKTRODAMI		2mm, 5m, 10mm			
CURVATURA DISTALE KRZYWIZNA DYSTALNA		Dritta – Josephson – Cournand – Damato Prosty – Josephson – Cournand – Damato			
Prosty/ Cournand/Josephson:		Tutti i modelli /wszystkie modele			
Damato:		Solo sui modelli con distanza 5 mm / modele tylko z odległością 5mm			
MATERIALE ELETTRODI MATERIAL ELEKTROD		Acciaio inox AISI Stal nierdzewna AISI			
RESISTENZA OPÓR		≤ 3 Ohm – uguale per ogni elettrodo ≤ 3 Ohm – takie samo dla każdej elektrody			
MATERIALE CORPO MATERIAL KORPUSU		Pebax (Brzeg 70/40)			
DIAMETRO DEL CORPO ŚREDNICA KORPUSU		6 Fr		5 Fr      4 Fr	
PLUCA UTILE DŁUGOŚĆ UŻYTKOWA:		60/80/90/125 cm		60/80/90/125 cm      60/80/90 cm	
ZŁĄCZ ZŁĄCZE		Spinotti 2mm con cappuccio di protezione Wtyczka 2mm z nasadką ochronną			

- W pozycji 2: elektrod spełniających kluczowe warunki SWZ, w rozmiarze 5Fr. Każda elektroda zabezpieczona w sztywnym opakowaniu podwójnym (w środku taca) gwarantującym zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym, długość użytkowa 110cm, odstęp głębokości co 10cm, zgodnie z poniższą specyfikacją:

## SPIKE FLOW

Catetere bipolare per stimolazione cardiaca con palloncino  
**ELEKTRODA DO CZASOWEJ STYMULACJI Z BALONEM**



Bipolarny cewnik do stymulacji balonowej przeznaczony jest do czasowej przezłylniej stymulacji serca i przekazywania sygnału elektrycznego serca do urządzenia rejestrującego.

Cewniki z kanałem przepływowym mogą być wprowadzane bez fluoroskopii, dzięki czemu są szczególnie skuteczne w nagłych wypadkach.

Gli elettrocateteri bipolari con palloncino (flottanti) sono progettati per garantire una stimolazione cardiaca temporanea ed un sensing veloci ed affidabili, con o senza l'utilizzo della fluoroscopia quindi particolarmente efficaci nelle terapie d'emergenza.

### Caratteristiche – Cechy charakterystyczne

REF	12165
Diametro del corpo <i>Srednica elektrody</i>	<b>5 Fr</b>
Poli <i>Ilość biegunów</i>	2
Materiale corpo catetere Material trzonu	Poliuretan <i>Poliuretan</i>
Tipo di curva <i>Typ krzywej</i>	<b>KRZYWA SERCA W PRAWO</b>
Lunghezza Utile <i>Długość użytkowa</i>	110 cm
Connettore <i>Złącze POZŁACANE</i>	2 mm maschio dorati di tipo touch proof (EN 60601-1) <i>Odporne na dotyk (EN 60601-1) pozłacane wtyki 2 mm</i>
Segnale di profondità <i>Znacznik głębokości</i>	Znaczniki głębokości co 10 cm

### Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Powyższe odpowiedzi są integralną częścią SWZ i należy je uwzględnić przy opracowaniu oferty.

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), zmienia § 6 ust 4 Załącznika nr 7.2 do SWZ.

Załącznik nr 7.2 do SWZ w § 6 ust 4 otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający będzie honorował faktury wystawione w wersji papierowej lub w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej sporządzonej i przesłanej zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018r. poz. 2191) przesłanej na adres **apteka.faktury@szpital.gliwice.pl**”

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), zmienia w SWZ numer referencyjny postępowania.

Numer referencyjny otrzymuje brzmienie: „19-P-25”

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), zmienia ogłoszenie w zakresie numeru referencyjnego postępowania. Numer referencyjny otrzymuje brzmienie: „19-P-25”.

Specjalista ds. zamówień publicznych

Stanisław Cisek