

EP.26.83.2024

Warszawa, dnia 29/08/2024 roku.

**ODPOWIEDZI**  
**na zapytania do SWZ**

Dotyczy: postępowania na „**Dostawę materiałów i sprzętu endoskopowego jednorazowego użytku**” – **sprawa nr EP/73/2024**

**Szanowni Państwo,**

uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „**Dostawę materiałów i sprzętu endoskopowego jednorazowego użytku**” SPRAWA NR EP/73/2024, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 z późn.zm.) wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące zapisów specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na zadane pytania.

**Pytanie 1. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – Zadanie nr 3 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści: Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PTFE, łyżeczki o długości 2,5 mm, rozwarciu 5,5 mm. Łyżeczki owalne: gładkie. Dostępne w długościach: 1600mm - przy średnicy narzędzia 1,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – Zadanie nr 3 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści: Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PTFE, łyżeczki o długości 3,4 mm, rozwarciu 6,5 mm.

- Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, Dostępne w długościach: 1800mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm.
- aligator, aligator z igłą. Dostępne w długościach: 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kolor powleczenia czarny dla długości kleszczy przeznaczonych do kolonoskopii oraz niebieski dla kleszczy przeznaczonych do gastroskopii. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 3. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – Zadanie nr 3 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści: Kleszcze endoskopowe typu JUMBO jednorazowego użytku, w powleczeniu PTFE, łyżeczki o długości 4,5 mm, rozwierciu 10,00 mm. Łyżeczki owalne, gładkie. Dostępne w długości 2300mm - przy średnicy narzędzia 3,0mm. Współpracujące z minimalnym kanałem roboczym 3,2mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie min.2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności i danymi producenta?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 4. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – Zadanie nr 3 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści: Kleszcze chwytające jednorazowego użytku, w powleczeniu PTFE. Typ łopatek: • ząb szczura o rozwierciu 15 mm, • aligator o rozwierciu 6,5 mm. Długość robocza 2300mm, średnica narzędzia 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 10 sztuk?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 5. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – Zadanie nr 3 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści: Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,40 mm dla średnicy otwarcia 10mm , 15mm ,25mm i 30mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,3mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 6. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – Zadanie nr 3 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści: Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, monofilamentowa, sterylna, pleciona, drut o średnicy 0,24 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,3 mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 7. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – Zadanie nr 3 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści: Pętla z siatką chwytającą; jednorazowa, owalna. Siatka nylonowa rozpostarta na pętli o otwarcu 25mm. Średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 8. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – Zadanie nr 3 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści: Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, o grubości igły:

- 0,6 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm
- 0,5 mm i głębokości nakłucia 5 mm lub 6 mm do wyboru przez Zamawiającego.

Średnica narzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Rękojeść igły z plastikowymi wypustkami dla precyzyjnego uchwytu.?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 9. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – Zadanie nr 3 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści: Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipssem. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Dedykowane do kanału roboczego o średnicy 2,8mm, rozwarcie ramion klipsa 16mm, stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Możliwość rezykcjonowania już zaaplikowanego klipsa. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipssem (warunki opisane w dołączonej instrukcji użytkowania wyrobu)?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 10. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – Zadanie nr 3 poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści: Kleszcze chwytające do usuwania ciał obcych. Kleszcze 3-ramienne do usuwania ciał obcych, jednorazowego użytku, sterylne. Umożliwiające precyzyjne chwytanie małych polipów, drobnych ciał obcych, posiadające atraumatyczne zaokrąglone końcówki dla większego bezpieczeństwa. Średnica narzędzia 2,3mm, długość robocza 2300. Narzędzie kompatybilne z kanałem roboczym 2,8mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 11. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – Zadanie nr 3 poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści: Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosa 5mm i 10mm przy długości narzędzia 2300mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 12. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – Zadanie nr 3 poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści: Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosa 5mm i 10mm przy długości narzędzia 2300mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 13. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – Zadanie nr 3 poz. 13**

Czy Zamawiający dopuści: Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 30mm, ze wstępnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Otwory w gumce co 15 mm dające wiele możliwości w zakresie poprawnego mocowania ustnika. Ustnik posiadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu

pacjenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo, z oznaczeniem nr katalogowego, LOT, datą produkcji, datą ważności i danymi producenta?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 14. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – Zadanie nr 3 poz. 15**

Czy Zamawiający dopuści: Pułapka jednokomorowa na ssak, jednorazowego użytku; o średnicy zewnętrznej komory 30mm i długości drenu 125mm. Pakowana pojedynczo, sterylna, z przyrządem do usuwania pobranego materiału z szufladki, każde opakowanie zawiera min 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 15. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – Zadanie nr 3 poz. 17**

Czy Zamawiający dopuści: Marker endoskopowy BLACK. Marker węglowy, jednorazowego użytku, sterylny, stosowany do wstrzyknięcia podśluzówkowego celem odznaczenia miejsca położenia zmiany patologicznej w obrębie przewodu pokarmowego. Opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock o pojemności 5cm<sup>3</sup> ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 16. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – Zadanie nr 3 poz. 18**

Czy Zamawiający dopuści: Marker endoskopowy BLACK. Marker węglowy, jednorazowego użytku, sterylny, stosowany do wstrzyknięcia podśluzówkowego celem odznaczenia miejsca położenia zmiany patologicznej w obrębie przewodu pokarmowego. Opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock o pojemności 5cm<sup>3</sup>?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 17. – Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt. 1), 2), 3), 6), 7):

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych w przypadku:

1)zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości **0,5%** wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie mniej niż 50 zł.

2)zwłoka w wysokości **0,5%** wartości brutto zamówienia będącego przedmiotem uzupełnienia depozytu , za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w § 3 ust. 13, jednak nie mniej niż 50 zł

3) zwłoka w usunięciu wady w wysokości **0,5%** wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie mniej niż 50 zł

4) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% **niezrealizowanej** kwoty wynagrodzenia, wskazanej w par. 2 dla danego zadania.

5) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% **niezrealizowanej** kwoty wynagrodzenia wskazanej w par. 2 dla danego zadania.

6) w wysokości **50,00 zł** za każdy dzień nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp;

7) w przypadku naruszenia umowy, innym niż wskazane w pkt 1-6, w wysokości **50.00 zł** za każdy dzień zwłoki w realizacji czynności, dla której umowa określa termin wykonania oraz w wysokości **125.00 zł** za każde zdarzenie dotyczące nienależytej realizacji umowy w zakresie czynności, dla której nie określono terminu wykonania.

**Odpowiedź:** Zamawiający pozostawia treść SWZ bez zmian.

**Pytanie 18. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – Zadanie nr 1 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie **w zadaniu 1 w pozycji 1**, w miejsce pierwotnych parametrów, cewników jednokanałowych stosowanych do podawania kontrastu do dróg żółciowych i trzustkowych oraz do umożliwienia uzyskania dostępu przewodnikowi do pożądanego przewodu z cewnikiem o średnica 5.5-3 Fr. Pozostałe parametry z godnie z swz.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 19. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – Zadanie nr 1 poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie **w zadaniu 1 w pozycji 2**, w miejsce pierwotnych parametrów, cewników jednorazowych do podawania kontrastu do dróg żółciowych i trzustkowych lub zapewniających utrzymanie dostępu przewodnika, zakończonych metalową kulką lub zaokrągloną, radiocieniującą metalową końcówką. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 20. – Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ – Zadanie nr 1 poz. 31**

Prosimy o dopuszczenie **w zadaniu 1 w pozycji 31**, w miejsce pierwotnych parametrów, koszy do ekstrakcji złogów i usuwania ciał obcych posiadających port boczny umożliwiający współpracę z krótkim przewodnikiem. Rozmiary: długość koszulki 208 cm, średnica koszulki 10 Fr. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią SWZ i tym samym stają się wiążące od dnia ich ogłoszenia.

Sporządził: Monika Kowalska