

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na serwis aparatury medycznej

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ.

Pytania:

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z pakietu 14 poz. 2 (Pompa do kontrpulsacji wewnątrznaczyniowej) do osobnego zadania, umożliwi nam to złożenie konkurencyjnej oferty, a Państwu pozwoli na lepszy wybór spośród większej liczby oferentów. Co więcej, łączenie pakietów w taki sposób, który nie daje możliwości złożenia ofert większej liczbie podmiotów może zostać uznane za ograniczenie konkurencji w tym zakresie. Wydzielenie dodatkowego pakietu pozwoli Zamawiającemu na zwiększenie konkurencyjności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Prosimy o podanie nr seryjnego pompy Cardiosave producent Maquet część 14 .

Odpowiedź: Numer seryjny to CH21699145

3. Prosimy o podanie aktualnego stanu licznika pompy Cardiosave producent Maquet część 14. Ta informacja jest niezbędna do skalkulowania ceny przeglądu z wymianą części w zależności od ilości przepracowanych cykli.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dostęp do danych (w tym stan licznika) jest niemożliwy z powodu nałożonej blokady kodami serwisowymi.

*Dyrektor Samodzielnego Publicznego  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
w Chełmie  
mgr Agnieszka Kruk /-/*