

**Szpital Specjalistyczny nr 2**

Batorego 15

41-902 Bytom

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na "Dostawa instalacja, uruchomienie i montaż łóżek szpitalnych, foteli i krzeseł do badań specjalistycznych, Optycznego bronchoskopu, ssaków próżniowych, lasera terapeutycznego, lasera diodowego, Aparatu do leczenia zmiennym polem magnetycznym, Aparatu do leczenia polichromatycznym spolaryzowanym światłem niskoenergetycznym w ramach zadania inwestycyjnego "Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu" – znak sprawy 16/16/2021.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie nr 10

Pakiet nr: 2

**Wielofunkcyjne łóżko elektryczne z barierką na ¼ długości leża – 53 sztuki**

Punkt 10

- Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości w przedziale 350-740 mm, nieznacznie różniącą się o wymaganej

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Punkt 16

- Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżek całe z tworzywa ABS, odcinane bez użycia narzędzi, znacznie lepsze w utrzymaniu czystości?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SWZ.**

Punkt 17

- Czy Zamawiający dopuści metalowe barierki boczne, wykonane z 3 profili stalowych okrągłych, zabezpieczające pacjenta na ¼ długości leża?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuści pod warunkiem zgodnych pozostałych parametrów SWZ.**

Punkt 26

- Czy Zamawiający dopuści zamiast stolika nakładanego na barierki, znacznie wygodniejszy stolik najazdowy

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**Wielofunkcyjne łóżko elektryczne z barierką na całej długości leża- 12 sztuk**

Punkt 10

- Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości w przedziale 350-740 mm, nieznacznie różniącą się o wymaganej

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Punkt 16

- Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżek całe z tworzywa ABS, odemowane bez użycia narzędzi, znacznie lepsze w utrzymaniu czystości ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SWZ**

Punkt 17

- Czy Zamawiający dopuści dwie podwójne tworzywowe barierki, zabezpieczające pacjenta na całej długości ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SWZ**

Punkt 26

- Czy Zamawiający dopuści zamiast stolika nakładanego na barierki, znacznie wygodniejszy stolik najazdowy

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

W imieniu komisji przetargowej:

Inspektor  
ds. Zamówień Publicznych  
*Anna Panek*  
mgr Anna Panek