

Sygnatura: **Z.II.260.030.Zp.2021**

Nisko, dnia 21/07/2021

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

P O W I A D O M I E N I E
o zmianach SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych do Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku"** – znak sprawy **Z.II.260.030.Zp.2021**.

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w zakresie Załącznika nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia):

W Załączniku nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia) **było**:

PAKIET NR 2		
L.p.	Nazwa	Ilość/rok
1.	Rękawice foliowe, op. á 100 sztuk.	250 op.
2.	Rękawice winylowe pudrowane i bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna gładka, długość rękawicy min. 240 mm, grubość na palcu 0,10 mm, na dłoni 0,08 mm oraz na mankiecie 0,06 mm, siła zrywu przed starzeniem oraz po starzeniu min. 4,0 N, posiadające AQL 1,5 (potwierdzone badaniami wytwórcy), zgodne z EN 455(1-4), EN 420, EN 388, przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, wolne od DOP/DEHP (ozn. na opakowaniu), oznakowane fabrycznie zgodnie z MDD/PPE - rękawice diagnostycznie i ochronne kat. III, oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii, opakowanie papierowe á 100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. Na opakowaniu oznakowanie zgodności z normami: EN 455, EN 420, EN 388, EN 374. Rozmiar M.	15 000 op.
3.	Rękawice winylowe pudrowane i bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna gładka, długość rękawicy min. 240 mm, grubość na palcu 0,10 mm, na dłoni 0,08 mm oraz na mankiecie 0,06 mm, siła zrywu przed starzeniem oraz po starzeniu min. 4,0 N, posiadające AQL 1,5 (potwierdzone badaniami wytwórcy), zgodne z EN 455(1-4), EN 420, EN 388, przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, wolne od DOP/DEHP (ozn. na opakowaniu), oznakowane fabrycznie zgodnie z MDD/PPE - rękawice diagnostycznie i ochronne kat. III, oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii, opakowanie papierowe á 100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. Na opakowaniu oznakowanie zgodności z normami: EN 455, EN 420, EN 388, EN 374. Rozmiar L.	3 000 szt.

W Załączniku nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia) jest:

PAKIET NR 2		
L.p.	Nazwa	Ilość/rok
1.	Rękawice foliowe, op. á 100 sztuk.	250 op.
2.	Rękawice winylowe pudrowane i bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna gładka, długość rękawicy min. 240 mm, grubość na palcu 0,10 mm, na dłoni 0,08 mm oraz na mankiecie 0,06 mm, siła zrywu przed starzeniem oraz po starzeniu min. 4,0 N, posiadające AQL 1,5 (potwierdzone badaniami wytwórcy), zgodne z EN 455(1-4), EN 420, EN 388, przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, wolne od DOP/DEHP (ozn. na opakowaniu), oznakowane fabrycznie zgodnie z MDD/PPE - rękawice diagnostycznie i ochronne kat. III, oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii, opakowanie papierowe á 100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. Na opakowaniu oznakowanie zgodności z normami: EN 455, EN 420, EN 388, EN 374. Rozmiar M.	15 000 szt.
3.	Rękawice winylowe pudrowane i bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna gładka, długość rękawicy min. 240 mm, grubość na palcu 0,10 mm, na dłoni 0,08 mm oraz na mankiecie 0,06 mm, siła zrywu przed starzeniem oraz po starzeniu min. 4,0 N, posiadające AQL 1,5 (potwierdzone badaniami wytwórcy), zgodne z EN 455(1-4), EN 420, EN 388, przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, wolne od DOP/DEHP (ozn. na opakowaniu), oznakowane fabrycznie zgodnie z MDD/PPE - rękawice diagnostycznie i ochronne kat. III, oznakowany fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii, opakowanie papierowe á 100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. Na opakowaniu oznakowanie zgodności z normami: EN 455, EN 420, EN 388, EN 374. Rozmiar L.	3 000 szt.

**Dyrektor
SPZZOZ w Nisku**

Paweł Tofil

/podpisano elektronicznie/