

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom
Pismo: 10/10PN/2020/11

Bytom dnia: 2020-06-18

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-06-18 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie - **Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu..**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Pakiet Nr 1 Nożyczki różne

Lp.3 Prosimy o opuszczenie nożyczek o dł. 105 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Lp.4 Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 230 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Lp.6 Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 260 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Lp.7 Prosimy o dopuszczenie mikronożyczek o dł. 185 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Lp.9 Prosimy o dopuszczenie nożyczek nieutwardzanych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Lp.10 Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 165 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet Nr 2 Kleszczyki chirurgiczne

Lp.1 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków Micro-Hartmann o dł. 90 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Lp.3 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków Rochester-Pean, pozostałe wymagania bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Lp.4 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków Micro-Hartmann o dł. 90 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Lp.5 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków Rochester-Ochsner, pozostałe wymagania bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Lp.8 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków Rochester-Pean, pozostałe wymagania bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Lp.10 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków Halstead-Mosquito o dł. 120 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet nr 3 Pensety

Lp.5 Prosimy o dopuszczenie pęsety 1x2 zębki dł. bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Lp.6 Prosimy o dopuszczenie pęsety 1x2 zębki dł. bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Lp.10 Prosimy o dopuszczenie pęsety o dł. 105 mm, prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania pęsety chirurgicznej czy anatomicznej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga pęsety z końcówkami prostymi – pęseta anatomiczna.

Lp.12 Prosimy o dopuszczenie pęsety o dł. 115 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Lp.13 Prosimy o dopuszczenie pęsety o dł. 125 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet Nr 4 Narzędzia różne chirurgiczne

Lp.1 Prosimy o dopuszczenie imadła o szer. 0,4 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Lp.2 Prosimy o dopuszczenie imadła o dł. 170 mm i szer. 1 mm. Prosimy o sprecyzowanie czy nie doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający wymaga zaoferowania imadła o szczękach gładkich jednocześnie umieszczając zapis o rozmiarze ząbków 0,3 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Lp.3 Prosimy o dopuszczenie imadła Mayo-Hegar, dł. bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Lp.4 Prosimy o dopuszczenie imadła Mayo-Hegar, szer. 0,5 mm, dł. bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Lp.5 Prosimy o dopuszczenie kaniuli o wym. 1,2x80 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Lp.6 Prosimy o dopuszczenie kaniuli o wym. 1,8x80 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Lp.7 Prosimy o dopuszczenie igły o dł. 190 mm, fig. 1.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Lp.8 Prosimy o dopuszczenie igły o dł. 190 mm, fig.3.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Lp.15 Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania imadła z zamkiem czy bez zamka.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga imadła z zamkiem.

Pakiet 6 Narzędzia różne laryngologiczne

Lp.1 Prosimy o dopuszczenie noża Negus (Shambaugh), pozostałe wymagane parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Lp.4 Prosimy o dopuszczenie uchwytu na pętle o dł. 290 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Lp.8 Prosimy o dopuszczenie językotrzymacza Collin o dł. 170 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Lp.9 Prosimy o sprecyzowanie czy nie doszło do omyłki pisarskiej. Ssaki gardłowe nie występują w tak małych średnicach. Prosimy o dopuszczenie ssaka gardłowego o śr. 8,0 mm i dł. 175 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający informuje, iż doszło do omyłki pisarskiej powinno być 0,7 cm. Zamawiający dopuszcza ssak gardłowy o śr. 8,0 mm i dł. 175 mm.

Lp.10 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków nosowych Weil-Blakesley o szer. bransz 3,6 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Lp.13 Prosimy o opuszczenie wymiennych łyżek z otworem na rurkę intubacyjną o wym. 23x65 mm, 24x80 mm, 26x93mm lub łyżek bez otworu na rurkę intubacyjną o wym. 22x65 mm, 24x75 mm, 25x90 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Lp.16 Prosimy o dopuszczenie wziernika o śr. 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 5 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza

Pakiet nr 33 Kontenery sterylizacyjne

Lp.1 Prosimy o dopuszczenie kontenera o wym. 475x285x130 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Lp.3 Prosimy o dopuszczenie filtrów papierowych pakowanych po 100 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. Prośbę naszą uzasadniamy tym, że miesiąc sierpień dla większości firm produkujących narzędzia, jest miesiącem przeglądu maszyn produkcyjnych jak i miesiącem urlopów pracowników.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

