



Znak sprawy: ADZP-381-A-240/24

Poznań, 29.10.2024 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Zakup 5 szt. wirówek laboratoryjnych z osprzętem**”- **znak sprawy: ADZP-381-A-240/24.**

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28.10.2024 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania do ww. postępowania, dlatego działając zgodnie z Regulaminem Zamawiający poniżej przedstawia treść zapytań wraz z odpowiedziami.

PYTANIE 1: Czy Zamawiający oczekuje rocznej walidacji w trakcie trwania 24 miesięcznej gwarancji nawet jeżeli producent tego nie wymaga?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga walidacji i przeglądu wirówek zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu. Jeżeli producent nie wymaga takiej walidacji i przeglądu, w przypadku trwania gwarancji, Zamawiający oczekuje dostarczenia takiego dokumentu potwierdzającego dopuszczenia sprzętu do użytkowania w tym okresie w instrukcji, oraz dodatkowo osobnego oświadczenia producenta.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
/ - / Marek Dakowski

Sprawę prowadzi: Katarzyna Józefiak, tel. +48 61 61 62 557, e-mail: katarzyna.jozefiak@szoz.pl, zampub@szoz.pl