

Bytom dnia: 2021-07-19

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na "Dostawa instalacja, uruchomienie i montaż łóżek szpitalnych, foteli i krzeseł do badań specjalistycznych, Optycznego bronchoskopu, ssaków próżniowych, lasera terapeutycznego, lasera diodowego, Aparatu do leczenia zmiennym polem magnetycznym, Aparatu do leczenia polichromatycznym spolaryzowanym światłem niskoenergetycznym w ramach zadania inwestycyjnego "Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu" – znak sprawy 16/16/2021.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 12

Zmodyfikowany Pakiet nr 5 - laser terapeutyczny

W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego złożenia oferty na Laser terapeutyczny bez punktowego aplikatora do ledoterapii, czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymiarów aparatu - załącznik A do SIWZ l.p. 24: aplikator panelowy 400nm lub 628-638nm - maks. 1,5 kg

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Pakiet nr 7 - Aparat do leczenia zmiennym polem magnetycznym - załącznik A do SIWZ l.p. 9:

Czy Zamawiający dopuszcza sterownik mikroprocesorowy bez możliwości uruchamiania kodowego dla realizacji opcji podwójnej ślepej próby

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

W imieniu komisji przetargowej:

Inspektor
ds. Zamówień Publicznych
Anna Panek
mgr Anna Panek