

Bytom dnia: 2025-06-12

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa odczynników diagnostycznych i bakteriologicznych
dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Numer referencyjny: 7/7PN2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 4

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby wyniki określone były w wartościach cyfrowych w jednostkach KU/l oraz klasach międzynarodowych 0 do 6?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach nr 3 oraz 5 paneli zawierających 33 alergeny na każdym pasku testowym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pozycji 1: 4 różnych paneli pokarmowych, na każdym z nich po 10 alergenów, z możliwością wyboru na etapie zakupu? Takie rozwiązanie byłoby korzystne dla Zamawiającego, dając możliwość wyboru panelu

w zależności od aktualnych potrzeb diagnostycznych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pozycji 2: 4 różnych paneli oddechowych, na każdym z nich po 10 alergenów, z możliwością wyboru na etapie zakupu? Takie rozwiązanie byłoby korzystne dla Zamawiającego, dając możliwość wyboru panelu w zależności od aktualnych potrzeb diagnostycznych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów, których termin ważności wynosi minimum 10 miesięcy od momentu dostawy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie ze wzoru umowy zapisu § 7 ust. 8 tj. „Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień na „ratunek” zdrowia i życia ludzkiego. W powyższym przypadku, realizacja zamówienia winna nastąpić do 8 godzin od złożenia zamówienia”, ze względu na nienagłący charakter badań?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający
Koordynator Zamówień Publicznych
mgr Magdalena Pudło