

UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY
im. L. Zamenhofs w Białymstoku

15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 17; tel. (85)7450595

Białystok, 01.08.2024r.

**Wszyscy uczestnicy
postępowania przetargowego**

PN – 31/24/1/3

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego PN- 31/24/1 na dostawę leków, wyrobów medycznych
i materiałów okulistycznych**

Zamawiający, **Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofs w Białymstoku**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Treść pytań:

1. Pakiet 59

Prosimy o wyjaśnienie czy produkty w poz. 1,2,3,4, ze względu na to że muszą posiadać pełną wzajemną kompatybilność mają pochodzić od tego samego producenta?

Odpowiedź: Tak, produkty w pakiecie 59 w poz. 1,2,3,4 muszą posiadać pełną wzajemną kompatybilność i mają pochodzić od tego samego producenta.

2. Pakiet 59 Poz.4

Ze względu na identyczny, zdublowany opis pozycji 4 i 2, Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy nie zaszła omyłka i zamawiający w pozycji 4 oczekuje innego elementu systemu zamkniętego również aktualnie używanego przez placówkę, tj. łącznik zamieniający każde standardowe złącze luer-lock w złącze w systemie zamkniętym, kompatybilne z łącznikiem na strzykawkę z pozycji 3 tego pakietu, umożliwiające podaż leku w systemie zamkniętym, działające w systemie podwójnych elastomerowych membran, umożliwia wielokrotną podaż bolusa, z gładką membraną łatwą do dezynfekcji, nie wystająca poza krawędź obudowy?

Odpowiedź: W pakiecie 59 opis przedmiotu zamówienia jest rzeczywiście taki sam dla pozycji nr 2 i 4, ale Zamawiającemu chodzi o dwa różne urządzenia:

- pozycja nr 2 - adapter infuzyjny
- pozycja nr 4 - Connector Luer-Lock do linii

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych

mgr Iwona Kisielewska