



NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII
Stefana kardynała Wyszyńskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa (Anin)
www.ikard.pl

tel.: +48 22 343 46 00
tel.: +48 22 815 30 11
fax: +48 22 343 45 25

IK-EZP/065/164/2021

Warszawa, dnia 19.05.2021r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ (03)
SPROSTOWANIE

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), w imieniu Narodowego Instytutu Kardiologii („Zamawiający”) udzielamy wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego :

„ Dostawa mebli i wyposażenia medycznego dla budynku J w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie”

Znak sprawy ZP.016.2021

Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi z dnia 18.05.2021r. na poniższe obowiązujące brzmienie:

Pytanie 8 dot. części nr 3, poz. 10, 12 Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów szpitalnych

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zasilaniu 230V, 50Hz, o mocy max. 3000W?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

W imieniu Zamawiającego