

**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Nisku**
ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko

Pismo: Z.II.260.041.Zp.2022

Nisko dnia: 25/10/2022

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na „**Dostawę, montaż i uruchomienie dwóch autoklawów 4 jednostkowych do Centralnej Sterylizatorni Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**” – znak sprawy Z.II.260.041.Zp.2022.

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1. Czy zamawiający dopuści sterylizator z pełnym płaszczem grzewczym? Pełny płaszcz zapewnia większą odporność mechaniczną na wysokie ciśnienie i parę wodną oraz zapewnia równomierne nagrzanie komory bez martwych „zimnych” miejsc w stosunku do płaszcza żebrowanego.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sterylizatora z pełnym płaszczem grzewczym.

Pytanie nr 2. Zamawiający w pkt 40 OPZ podaje moc wymaganą ok. 24,5kW czy przez to rozumie maksymalna moc wymagana to 24,5 kW czy zakres np. 24,5 +/-5%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający określając moc wymaganą na poziomie około 24,5kW informuje, że dopuszcza zaoferowanie urządzenia o maksymalnej wymaganej mocy z tolerancją +/-5%.

Pytanie nr 3. Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w automatyczny, elektroniczny system testu Bowie-Dick z archiwizacją wraz z programem do archiwizacji, odczytów i tworzenia raportów z testu wkładany ręcznie do komory nie połączony na stałe ze sterylizatorem. Program do obsługi testu Bowie-Dicka może być zainstalowany na tym samym komputerze co program do archiwizacji raportów z cykli sterylizatora.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia wyposażonego w automatyczny, elektroniczny system testu Bowie-Dick z archiwizacją wraz z programem do archiwizacji, odczytów i tworzenia raportów z testu wkładanym ręcznie do komory nie połączonym na stałe ze sterylizatorem.

Pytanie nr 4. Dotyczy Załącznika nr 1 – Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych. Dotyczy poz. 24 i 25. Prosimy o doprecyzowanie, że Zamawiający wymaga nowoczesnego, dotykowego, pełno-kolorowego ekranu sterowania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zaoferowania nowoczesnego, dotykowego, pełno-kolorowego ekranu sterowania.

Pytanie nr 5. Dotyczy Załącznika nr 1 – Zestawienie parametrów wymaganych i granicznych. Dotyczy – Wózek transportowy (2 szt. dla obu urzędów). Prosimy o podanie łącznej ilości wózków jakie ma dostarczyć oferent do całego zamówienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z zapisem SWZ Zamawiający wymaga dostarczenia dla całego zamówienia łącznie 5 sztuk wózków, tj.:

- 2 szt. - wózek transportowy,
- 2 szt. - wózek wsadowy na 4 jednostek wsadu,
- 1 szt. - wózek dwupółkowy.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert.

**Dyrektor
SPZZOZ w Nisku**

Paweł Tofil

/podpisano elektronicznie/