

EP.26.127.2024

Warszawa, dnia 17 grudnia 2024r. r.

**ODPOWIEDZI**  
**na zapytania do SWZ – korekta zapytania**

Dotyczy: postępowania na „**Dostawę materiałów i sprzętu do terapii nerko zastępczej na potrzeby Szpitala Wolskiego**” – sprawa nr EP/119/2024.

**Szanowni Państwo,**

uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu na „**Dostawę materiałów i sprzętu do terapii nerko zastępczej na potrzeby Szpitala Wolskiego**” – sprawa nr EP/119/2024, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.) wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące zapisów specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający, działając na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada na zadane pytania.

Pytanie

„Czy Zamawiający w Załączniku nr 2 - formularz asortymentowo - cenowy, punkt 11 dopuści: Cewnik do hemofiltracji, high flow, o dostępnym przekroju 11 lub 13 Fr, dostępnych długościach 150; 200; 250 mm, cewnik powinien posiadać powłokę bizmutową oraz zakończenie cewnika w kształcie schodkowym – tak aby nie powstawało zjawisko mieszania się krwi powrotnej z napływową” na: „Czy Zamawiający w Załączniku nr 2 - formularz asortymentowo - cenowy, punkt 11 dopuści: Cewnik do hemofiltracji, high flow, o dostępnym przekroju 11,5 Fr lub 13 Fr, dostępnych długościach 150; 200; 250 mm, cewnik powinien posiadać powłokę bizmutową oraz zakończenie cewnika w kształcie schodkowym – tak aby nie powstawało zjawisko mieszania się krwi powrotnej z napływową”

**Odpowiedz: Tak. Zamawiający dopuszcza.**

Zamawiający informuje, że zmiany stają się integralną częścią SWZ i tym samym stają się wiążące od dnia ich ogłoszenia.

Sporządził: Marta Leoniak