

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu."** – znak sprawy 17/17PN/2021.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 35

Pakiet 76, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zszywki o grubości 0,6mm i wielkości grzbietu 7,2mm i odstąpi od wymogu aby były powlekane teflonem?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 84, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 75 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 85, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wzmocnione wykonane z papieru laminowanego folią o całkowitej gramaturze 40g/m2 w rozmiarze 80x210cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 85, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 86, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 320 x 200 cm z otworem przylepnym o średnicy 15 cm. Obłożenie wykonane z hydrofobowej włókniny SMS o gramaturze 50g/m2, z dodatkowym wzmocnieniem w strefie krytycznej o gramaturze 80 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym 41.7 cm H2O? Pozostałe parametry zgodne z opisem.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 87, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji przepukliny płodu o składzie: • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25cmx30cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75cmx85 cm • 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm • 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm • 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm • 10 x serweta z gazy o wymiarach 40 cm x 40 cm z nitką RTG i tasiemką • 20 x tupfer gazowy 30 cm x 30 cm • 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm • 1 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SSMMS o gramaturze 45 g/m2, wyposażony w system troków, kartonik do aseptycznej aplikacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie. Rozmiar L • 3 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SSMMS o gramaturze 45 g/m2, wyposażony w system troków, kartonik do aseptycznej aplikacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie. Rozmiar XL • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej (owinięcie zestawu) o wymiarach 150cmx190cm. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie

TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 88, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów operacyjnych fetoskopowych o składzie: • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25cmx30cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75cmx85 cm • 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm • 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm • 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm • 10 x serweta z gazy o wymiarach 40 cm x 40 cm z nitką RTG i tasiemką • 20 x tupfer gazowy 30 cm x 30 cm • 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm • 1 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SSMMS o gramaturze 45 g/m2, wyposażony w system troków, kartonik do asetycznej aplikacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie. Rozmiar L • 3 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SSMMS o gramaturze 45 g/m2, wyposażony w system troków, kartonik do asetycznej aplikacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie. Rozmiar XL • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej (owinięcie zestawu) o wymiarach 150cmx190cm. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 89, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wzmocniony, wykonany z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H2O. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Skład: • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm • 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm • 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm • 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny z warstwy nieprzemakalnej oraz włókninowej warstwy chłonnej (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm. Do zestawu dołączona osobno dwukomorowa kieszeń na narzędzia o wymiarach 30 x 40 cm. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 90, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 100x225cm z wkładek chłonnym o szerokości 50cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem kompatybilności z materacem liftem , w szczególności chodzi o przesuwanie się.

Pakiet 91, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści rękaw zakończony mankietem o długości 7,5cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 91, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zapięcie na rzep o szerokości 3cm i długości 13cm i 7cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

Pakiet 91, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuchy o następujących długościach: M – 124cm, L- 128cm, XL – 138cm, XXL – 157cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 91, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuchy o wytrzymałości na rozciąganie na sucho 50.3 N w strefie krytycznej, 66.0 MD/34.34 CD w strefie mniej krytycznej. Odporność na przenikanie cieczy >100 cm H2O w strefie krytycznej, > 10 cm H2O w strefie mniej krytycznej.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 93, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe, których grubość ścianki wynosi na palcu $0,11 \pm 0,02$ mm, na dłoni $0,10 \pm 0,02$ mm, a poziom protein $\leq 50 \mu\text{g/g}$?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 94, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, których grubość ścianki wynosi na palcu $0,08 \pm 0,01$ mm, na dłoni $0,06 \pm 0,01$ mm, i są przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pakiet 96, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji rękawice winylowe, długości min. 240 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 97, pozycja 1, 2 – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 97, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe jedynie w rozmiarze M oraz L do wyboru przez Zamawiającego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 98, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 98, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści maseczki w kolorze zielonym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 99, pozycja 1, 2 – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 100, pozycja 1, 2, 3 – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 101, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 109, pozycja 25 – Czy Zamawiający dopuści podkład w rolce o długości 40m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 1 poz. 1-3 Czy Zamawiający dopuści igły w op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pakiet 1 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści strzykawki 1ml ze skalą co 0,025ml lub 0,05ml?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 1 poz. 5-7 Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą rozszerzoną o min.10%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 1 poz. 9 Czy Zamawiający dopuści strzykawki bez rozszerzonej skali?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 5 poz. 1-2 Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 6 poz. 1-3 Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 6 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 6 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści strzykawki z białym kontrastującym tłokiem?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 6 poz. 1-4 Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą rozszerzoną o min.10%?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 7 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści igły 0,7x120mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z opisem SWZ|.

Pakiet 7 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści igły tak jak obecnie dostarczane 22G 0,7x40mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 7 poz. 7 Czy Zamawiający dopuści igły tak jak obecnie dostarczane 22G 0,7x90mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 7 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści igły tak jak obecnie dostarczane 22G 0,9x75mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 7 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści igły tak jak obecnie dostarczane 22G 0,7x75mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 10 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści igły w op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 11 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści igły w op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 12 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z FEP?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 12 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 1,1x32mm przepływ 56ml/min. w miejsce kaniuli 1,1x22-27mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 12 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 1,3x45mm o przepływie 90ml/min w miejsce kaniuli 1,3x32-35mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 12 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 1,3x45mm o przepływie 100ml/min w miejsce kaniuli 1,3x32-35mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 12 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści koreczek do kaniul z trzpieniem powyżej krawędzi korka?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z opisem SWZ.

Pakiet 19 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści przedłużacze w kolorze bursztynowym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z opisem SWZ.

Pakiet 19 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści przedłużki do pomp 4,5cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 19 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści kraniki bez systemu antyzapiekowego na jednym odprowadzeniu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z opisem SWZ.

Pakiet 20 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania z kolcem posiadającym odpowietrznik?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 20 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania z komorą o długości 9,5cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 21 poz. 1, 3 Czy Zamawiający dopuści dren o grubości CH 16?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 21 poz. 1, 3 Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu w opakowaniu foliowym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem pozostałych parametrów bez zmian.

Pakiet 21 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści cewniki o długości drenu 2000mm, o rozstawie wąsów pomiędzy drenami do nosa ok.0,7cm i długości 0,7cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 22 poz. 9 Czy Zamawiający dopuści dreny Kehra o długości ramienia 450x180mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 22 poz. 15 Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe o długości 1500mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 23 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści opakowanie papier-folia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści..

Pakiet 27 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści sondy Sengstekena o długości 85cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z SWZ.

Pakiet 28 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści wycenę ostrzy w op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 40 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści okulary w rozmiarach: S- 200mm-280mm, M- 240mm-340mm, L- 300-400mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 53 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści urządzenie do pobierania płynów z filtrem bakteryjnym 0,1µm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 107 poz. 1-3 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 109 poz. 5-7 Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne barwione nieprzeziernie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ- przezroczyste.

Pakiet 109 poz. 5-7, 11 Czy Zamawiający dopuści produkty pakowane a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 109 poz. 12 Czy Zamawiający dopuści produkty pakowane a'90szt z przeliczeniem podanych ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 109 poz. 18 Czy Zamawiający dopuści butelki z tworzywa jasnego, nieprzeziernego?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 109 poz. 23 Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek pakowanych w op. a'144szt z przeliczeniem podanych ilości do pełnego opakowania?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 109 poz. 24 Czy Zamawiający oczekuje kieliszków zarejestrowanych jako wyrób medyczny na 8% stawce VAT?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 117 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści szkiełka z polem do opisu spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 117 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści szkiełka ze szlifowanymi krawędziami?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 120 poz. 1-4 Czy Zamawiający dopuści waciki bawełniane lub ze sztucznego jedwabiu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza, wymagamy wacika wiskozowego.

W imieniu Zamawiającego

