

Bytom dnia: 2021-08-06

Szpital Specjalistyczny nr 2  
Batorego 15  
41-902 Bytom

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**  
ubiegający się o zamówienie publiczne

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **"Dostawa Specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy **22/22PN/2021**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie nr 25

#### Pytanie 1 Pakiet 17

Czy Zamawiający dopuści maski silikonowe, bez wtopionego kolorowego elementu, z oznaczeniem numerycznym maski na korpusie, w dostępnych rozmiarach od 00 do 5, gdzie 00- wcześniak, 0- noworodek, 1- niemowlak, 2- małe dziecko, 3- duże dziecko, 4- mały dorosły, 5- duży dorosły ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry opisane w SWZ bez zmian.**

#### Pytanie 2 Pakiet 18, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści układ anestetyczny, rozciągliwy do 180cm, dodatkowa rura rozciągliwa do 80cm, z workiem 2L, mikrobiologicznie czysty?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

#### Pytanie 3 Pakiet 18, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści układ do respiratora, rozciągliwy do 220cm ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

#### Pytanie 4 Pakiet 52, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści osłonkę czujnika temperatury, hydrożelową, dostępną w rozmiarach S/M i L, typu Care-for-me, jednorazowego użytku, w kolorze złotym, odporną na wilgoć i temperaturę, w kształcie „ludzika”, pakowaną po 100szt.?

W przypadku dopuszczenia powyższej osłonki, prosimy o określenie ilości zamówienia.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5 Pakiet 57, pozycja 2**

Czy Zamawiający pisząc czujnik przepływu, oczekuje wkładów „kostek” czujnika przepływu, kompatybilnych z trójnikiem Y w pozycji 7?

Jeśli tak, prosimy o modyfikację ilości zamówienia z 12 szt. na 10 lub 15. Czujnik pakowany jest po 5szt i możliwa jest sprzedaż tylko na pełne opakowania oraz jego wielokrotność.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak Zamawiający, oczekuje wkładów „kostek” czujnika przepływu, kompatybilnych z trójnikiem Y w ilości 10szt.**

**Pytanie 6 Pakiet 67**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mankietów:

1. dla noworodków, rozmiar 1, 3,1 – 5,7 cm,
2. dla noworodków, rozmiar 2, 4,3 – 8 cm,
3. dla noworodków, rozmiar 3, 5,8 – 10,9 cm,
4. dla noworodków, rozmiar 4, 7,1 – 13,1 cm
5. dla noworodków, rozmiar 5, 8,3 – 15 cm, 10 szt. 2870173

W przypadku dopuszczenia powyższych mankietów, prosimy o modyfikację ilości zamówienia w pozycji 5, z 6szt na 10szt. Mankiety sprzedawane są w niepodzielnych opakowaniach po 10szt.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 7 Pakiet 91, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści osłonkę czujnika temperatury, hydrożelową, dostępną w rozmiarach S/M i L, typu Care-for-me, jednorazowego użytku, w kolorze złotym, odporną na wilgoć i temperaturę, w kształcie „ludzika”, pakowaną po 100szt.?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 8 Pakiet 5.**

Czy Zamawiający dopuści osłonkę czujnika temperatury, hydrożelową, dostępną w rozmiarach S/M i L, typu Care-for-me, jednorazowego użytku, w kolorze złotym, odporną na wilgoć i temperaturę, w kształcie „ludzika”, pakowaną po 100szt.?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**

W imieniu Zamawiającego

