

Numer postępowania: ZP-271-39/24

Kraków, dnia: 20.06.2024 r.

## WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Dostawa urządzenia do wykonywania mikromacierzy tkankowych"**.

Zamawiający, **Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie**, działając na podstawie art. 284 ust. 2, 6 w zw. z art. 286 ust. 1, 3, 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami oraz informuje o dokonanych zmianach:

### Pytanie nr 1

Dotyczy SWZ rozdział 6 Termin Wykonania Zamówienia oraz Załącznika nr 3 do SWZ, Wzór umowy §1 ust. 3:

Czy Zamawiający dopuści wykonanie umowy tj. dostawę, instalację, uruchomienie i oddanie do eksploatacji sprzętu/aparatury w terminie do 18 tygodni od podpisania umowy przez obie Strony?

Swoją prośbę Wykonawca motywuje wydłużeniem łańcucha dostaw sprowadzanych urządzeń z zagranicy.

### Odpowiedź:

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, zgodnie z modyfikacją.**

### Pytanie nr 2

Dotyczy SWZ rozdział 10 Informacja o Przedmiotowych Środkach Dowodowych, pkt. 10.1, pozycja 1:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o zgodę na możliwość uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających wszystkie parametry wskazane w opisie przedmiotu zamówienia za pomocą wewnętrznego opisu Wykonawcy oraz przesłania oryginalnej broszury rozwiązania w języku angielskim potwierdzającej część wymaganych parametrów.

### Odpowiedź:

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 3**

Dotyczy SWZ rozdział 10 Informacja o Przedmiotowych Środkach Dowodowych, pkt. 10.1, pozycja 2:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o zgodę na możliwość dostarczenia deklaracji zgodności CE wraz z dostawą urządzenia do wykonywania mikromacierzy tkankowych?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 4**

Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, Wzór umowy §1 ust. 3 w związku z §1 ust. 6:

Czy Zamawiający dopuści podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego na podstawie wzoru dostarczonego przez Wykonawcę wraz z przedmiotem dzierżawy?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 5**

Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, Wzór umowy §4 ust. 2 pkt 3) i 4):

Uprzejmie prosimy o dodanie wyrażenia „*jeśli dotyczy*”.

Uprzejmie prosimy o tożsamą modyfikację w Załączniku nr 3 do Umowy - Wzór Protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy pkt 2 tiret trzecie i czwarte.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 6**

Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, Wzór umowy §4 ust. 9:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu naprawy analizatora do 20 dni roboczych w przypadku sprowadzenia części zastępczych z zagranicy.

Część zgłoszeń może obejmować konieczną konsultację z serwisem centralnym Producenta, którego siedziba jest poza terytorium Polski. W związku z tym zaproponowany wydłużony czas pozwoli na profesjonalną diagnozę i weryfikację problemu, konsultację wewnętrzną w dziale serwisu, a także w razie konieczności z centralnym działem serwisu oraz podjęciem stosowanych działań naprawczych. Pragniemy zwrócić uwagę, iż samo sprowadzenie części zamiennych od Producenta może zająć do 12 dni roboczych, w związku z tym wydłużenie czasu do 20 dni roboczych będzie czasem optymalnym koniecznym do profesjonalnej obsługi i usunięcia awarii.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, zgodnie z modyfikacją.**

**Pytanie nr 7**

Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, Wzór umowy §4 ust. 9:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o zniesienie zapisu dotyczącego aparatu zastępczego, gdyż dostarczone aparaty są produktami bardzo profesjonalnym, produkowanymi oraz sprowadzanymi pod indywidualne zamówienie i według wymaganej specyfikacji. Ze względu na szczególną konfigurację sprzętu (w tym sprowadzenie aparatu zastępczego, jego instalacja czy konfiguracja pod indywidualne wytyczne i profil badań Zamawiającego), nie ma możliwości dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, zgodnie z modyfikacją.**

**Pytanie nr 8**

Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, Wzór umowy §7 ust. 1 pkt 1) i 3):

Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu:

„przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”

W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na odstąpienie przez Zamawiającego od umowy– nie zależy to od jego należytej staranności.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 9**

Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, Wzór umowy §11 ust. 7:

Uprzejmie prosimy o dodanie wyrażenia:

„Strony dopuszczają zastąpienie aparatury objętej niniejszą Umową równoważnym odpowiednikiem (tj. posiadającym parametry nie gorsze niż w specyfikacji warunków zamówienia) w przypadku wprowadzenia do obrotu udoskonalonej aparatury, nowszej generacji. Zmiana ta nie może skutkować zwiększeniem wartości umowy i nie może być niekorzystna dla Zamawiającego.”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, zgodnie z modyfikacją.**

**Pytanie nr 10**

Dotyczy Załącznika nr 5 do SWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia, pozycja 14:

Uprzejmie prosimy, aby Zamawiający wyraził zgodę na dostarczenie urządzenia do wykonywania mikromacierzy tkankowych o specyfikacji technicznej:

a) wielkość nie większa niż: 55 x 55 x 45 (szerokość, głębokość, wysokość)

b) waga nie większa niż: 32 kg

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na powyższe, zgodnie z modyfikacją.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje o modyfikacji terminów określonych w SWZ:**

**Było:** 17.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 23.07.2024 r.

**Jest:** 17.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 25.07.2024 r.

**Było:** 19.1. Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 24.06.2024 r. do godz. 10:00.

**Jest:** 19.1. Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 26.06.2024 r. do godz. 10:00.

**Było:** 20.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 24.06.2024 r. o godz. 10:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie "Oferta/Załączniki", poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

**Jest:** 20.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 26.06.2024 r. o godz. 10:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie "Oferta/Załączniki", poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem

Udzielone wyjaśnienia i zmiany SWZ są obowiązujące. Na stronie internetowej postępowania zamieszczone zostały załączniki, w których w ramach udzielonych odpowiedzi konieczne było wprowadzenie zmian.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonej w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.