

**Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego**

ul. Piłsudskiego 61

34-600 Limanowa

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawy zamkniętego systemu pobierania krwi wraz z dzierżawą automatycznego aparatu do oznaczania OB.

Numer referencyjny: NZ-26-2025-34-D-P-E

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku. Zgodnie z orzecnictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0- 2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki próbówki, czy też uchwytu, lub igły itp.).

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

### **Pytanie nr 2**

Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego: w związku z tym, że oferowany przez nas system posiada zabezpieczenie przeciwzakłuciowe na uchwycie, przy obecnym opisie nie zostaną zaoferowane zwykłe uchwyty, który przydałyby się Zamawiającemu do łączników do venflonów z pozycji nr 16 i igieł motylkowych z pozycji nr 17 w łącznej ilości 41 500. Czy w związku z powyższym, Zamawiający wymaga, aby je zaoferować w pozycji nr 19?

**Odp.: Zamawiający przewidział taką sytuację i w poz. 19 formularza należy dopisać inne elementy niezbędne do funkcjonowania systemu.**

### **Pytanie nr 3**

Czy dla poprawy bezpieczeństwa pracy osób pobierających krew w przypadku zmiany jednego systemu na inny, Zamawiający wymaga, aby na każdym pojedynczym uchwycie znajdowała się nazwa lub logo systemu lub producenta? Oznakowanie uchwytów w ten sposób umożliwia szybką identyfikację, z jakiego systemu dany uchwyt pochodzi i używać jednocześnie igły i uchwytu z tego samego systemu.

**Odp.: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.**

### **Pytanie nr 4**

Dotyczy Paramentów granicznych, parametr nr 2: prosimy o dopuszczenie próbek do OB z podaną, jak w przypadku koagulologii, objętością całej próbki.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie nr 5**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 2 próbek z CTAD z terminem ważności 8 miesięcy w dniu dostawy. Probówki te mają krótszy termin ważności w momencie opuszczenia linii produkcyjnej. Ponadto są pakowane po 50 szt., dlatego łatwo rozłożyć zamówienia na nie tak, aby zabezpieczyć sobie probówki w dacie ważności.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie nr 6**

Dotyczy Parametrów techniczno-użytkowych aparatu do OB, pkt. 15: prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie aparatu, który nie wymaga przeglądów okresowych (potwierdzone przez producenta). W przypadku problemów z poprawnym działaniem aparatu, Zamawiający

otrzyma urządzenie zastępcze, a zepsuty zostanie wysłany do serwisu.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 7**

Dotyczy projektu umowy, § 3, pkt. 3: w związku z tym, że asortyment, który jest przedmiotem niniejszego postępowania jest przeznaczony do użytkowania przez odpowiednio przygotowany profesjonalny personel, prosimy o dopuszczenie podawania informacji na opakowaniu zbiorczym w języku angielskim oraz za pomocą ogólnie zrozumiałych międzynarodowych symboli graficznych.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 8**

Dotyczy projektu umowy, § 7, pkt. 1: Prosimy, aby kara umowna była naliczana w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej części zamówienia, a nie wartości całego zamówienia.

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 9**

Dotyczy projektu umowy, § 7, pkt. 3: Prosimy, aby w przypadku konieczności zakupu towaru na rynku wynikającej z niemożności zrealizowania dostawy przez wykonawcę, kara umowna wynosiła 100% różnicy między ceną z umowy, a ceną zakupu na rynku.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zamawiający