

ul. Kościuszki 1

37-400 Nisko

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa materiałów szewnych do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego
im. PCK w Nisku.

Numer referencyjny: Z.II.260.011.Zp.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniałny, syntetyczny, pleciony, wykonany z kwasu glikolowego i mlekowego, powlekany mieszaniną kwasu glikolowego i mlekowego oraz stearynianem wapnia, wytrzymałość węzła 75% po 2 tygodniach i 50% po 3 tygodniach od wszczepienia, czas wchłaniania bez zmian?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Pakiet 1, poz. 26

Czy Zamawiający wykreśli ww. pozycję z Pakietu 1?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Pakiet 2, poz. 9, 10

Czy Zamawiający wykreśli ww. pozycje z Pakietu 2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4

Pakiet 2, poz. 9

Czy Zamawiający szew z igłą bez określenia czarna, pozostałe parametry bez zmian?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Pakiet 3, poz. 1-11

Czy Zamawiający dopuści szew jednowłóknowy wchłaniający wykonany z polidoksanonu, zdolność podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40%, okres wchłaniania 180-210 dni?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6

Pakiet 3, poz. 12-17

Czy Zamawiający dopuści szew jednowłóknowy wchłaniający wykonany z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, wytrzymałość węzła na rozciąganie 70% po 7 dniach, 40% po 14 dniach, 15% po 21 dniach, wchłanianie pomiędzy 90-120 dniem?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7

Pakiet 3, poz. 8-11

Czy Zamawiający dopuści igłę 30 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Pakiet 5, poz. 1-8

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez dodatku polietylenu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9

Pakiet 5, poz. 9-11

Czy Zamawiający dopuści igłę 26 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Pytanie do pakietu nr 10: Siatka i taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu

Z uwagi na ujednolicenie przez producenta rozmiaru igieł, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do postępowania dwóch jednorazowych igieł, charakteryzujących się ergonomicznym

projektem uchwytu i dwupłaszczyznowym wygięciem o średnicy 3 mm z tzw. pamięcią powrotną. Pozostałe parametry bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 11

Pakiet 7 poz.1-2

Czy Zamawiający mógłby sprecyzować rozmiary produktów?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający określa rozmiar pozycja 1 – 5 cm x7,5 cm, Pozycja 2 Rozmiar 7,5x7,5 cm (± 2 cm).

Pytanie nr 12

Pakiet 7 poz.1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 13

Pytanie do części nr 10

Czy Zamawiający dopuści taśmy podcewkowe :

Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą zasłonową.

Wykonana jest niewchłaniałnego polipropylenu monofilamentowego. Parametry:

- szerokość: 1,1 cm
- długość: 45 cm
- grubość: 0,50 mm
- gramatura: 57 g/m²
- wielkość porów: 0,90 mm

Taśma w plastikowej osłonce, brzegi taśmy zakończone pętelkami.

W zestawie znajdują się dwa narzędzia helikalne (prawe + lewe) jednorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14

Pakiet 15: W związku z wycofaniem z oferty siatek z pozycji 6, 7, i 8 zwracamy się z prośbą o możliwość wykreślenia tych pozycji z formularza cenowego, czy Zamawiający wyrazi zgodę?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę i usuwa te pozycje.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby pełnomocnictwo dołączone do oferty nie zawierało wskazania zamówienia publicznego, którego dotyczy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 pozycja 9 dopuści również Iglą haczykowata okrągło-tnąca typu J 31, rozmiar 1, długość 75 cm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 10 dopuści podwiązkę endoskopową bez aplikatora, rozmiar nici 0, długość 40 cm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 10 dopuści podwiązkę endoskopowa, pętlowa z aplikatorem, rozmiar 0, długość 53 cm.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 13 dopuści nić o długości 70 cm reszta parametrów zgodna z SWZ ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 18 dopuści igłę 1/2 koła okrągło tnąca 45mm reszta parametrów zgodna z SWZ ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

**Dyrektor
SPZZOZ w Nisku**

Paweł Tofil

/podpisano elektronicznie/