

**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Nisku**
ul. Kościuszki 1, 37-400 Nisko

Pismo: **Z.II.260.010.Zp.2023**

Nisko dnia: 21/02/2023

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji – art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na „**Dostawę materiałów szewnych do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku**” – znak sprawy **Z.II.260.010.Zp.2023**.

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1. Dotyczy Pakietu nr 12. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w postępowaniu proszku hemostatycznego, który był użytkowany przez Państwa na bloku operacyjnym, o niewielkich różnicach technicznych, lecz takiej samej funkcjonalności: całkowicie biodegradowalny w organizmie człowieka do 4 tygodni, bez dokumentu potwierdzającego ilość wody którą wchłania na 1g produktu (proszek absorbuje krew), reszta parametrów bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2. Dotyczy Pakietu nr 1. Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniałny, syntetyczny, pleciony, wykonany z kwasu glikolowego i mlekowego, powlekany mieszaniną kwasu glikolowego i mlekowego oraz stearynianem wapnia, wytrzymałość węzła 75% po 2 tygodniach i 50% po 3 tygodniach od wszczepienia, czas wchłaniania bez zmian?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 3. Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 26. Czy Zamawiający wyłączy ww. pozycję z Pakietu 1?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 4. Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 9, 10. Czy Zamawiający wyłączy ww. pozycje z Pakietu 2?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 5. Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 1-11. Czy Zamawiający dopuści szew jednowłóknowy wchłaniałny wykonany z polidoksanonu, zdolność podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40%, okres wchłaniania 180-210 dni?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 6. Dotyczy Pakietu nr 3, poz. 12-17. Czy Zamawiający dopuści szew jednowłóknowy wchłaniałny wykonany z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, wytrzymałość węzła na rozciąganie 70% po 7 dniach, 40% po 14 dniach, 15% po 21 dniach, wchłanianie pomiędzy 90-120 dniem?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 7. Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 1-8. Czy Zamawiający dopuści materiał szewny bez dodatku polietylenu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 8. Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 8. Czy Zamawiający wyłączy ww. pozycję z Pakietu 5?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 9. Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 9-11. Czy Zamawiający dopuści igłę 26 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 10. Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 25. Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 11. Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 1, 2. Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną o czasie wchłaniania 1 miesiąc?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 12. Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 3. Czy Zamawiający wyłączy ww. pozycję z Pakietu 7?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 13. Dotyczy Pakietu nr 10. Czy Zamawiający dopuści taśmy o specyfikacji: Taśma podcewkowa do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet. Parametry:

- materiał niewchłaniałna taśma 100% polipropylenowa, monofilamentowa,
- szerokość 1,1 cm,
- grubość 0,5 mm
- gramatura 57g/m²,
- nietraumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy.

Implantacja z dostępu przez otwory zasłonięte, out-in oraz in-out.

Taśma w plastikowej osłonce. Osłonka nie zachodzi na siebie, pozostawiając środek z taśmą. System z 2 igłami jednorazowymi z ergonomicznym uchwytem i dwu płaszczyznowym wygięciem igieł.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 14. Dotyczy Pakietu nr 12, poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie proszek hemostatyczny o działaniu antybakteryjnym uzyskany z oksydowanej regenerowanej celulozy przeznaczonym do tamowania krwawień tętniczych, żylnych oraz włóścińcowych w zabiegach chirurgicznych oraz innych urazach. szybka hemostaza w mniej niż 90 sekund, w pełni wchłaniany przez organizm w ciągu 4-10 dni Waga 3g.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15. Dotyczy Pakietu nr 10. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10: Taśmę do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet, jednorazową, sterylną, niewchłaniałną, z polipropylenu monofilamentowego, w plastikowej osłonce, o długości 45 cm, o szerokości 1,1 cm, grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48g/m², wytrzymałości na rozciąganie 70N/cm, atraumatycznych brzegach taśmy ciętych laserowo zakończonych bezpiecznymi pętelkami, zwężana na końcach, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) oraz 1 komplet igieł spiralnych (prawa + lewa) wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm, do implantacji przez otwory zasłonięte, bez pamięci powrotnej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 16. Dotyczy Pakietu nr 11. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 11: Siatkę przepuklinową, wewnątrznaczyniową, separującą, antyadhezyjną, miękką, niewchłaniałną, 2-warstwową, z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetyleny (ePTFE), który zmniejsza przrastanie przyległych tkanek do siatki, z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), który z kolei stymuluje wrastanie tkanek i pełni rolę integracyjną siatki z powłokami ciała, nadającą się do leczenia przepuklin i ubytków ścian brzucha zarówno metodą tradycyjną, jak i laparoskopową.

Grubość siatki: 0,62 mm, gramatura: 108g/m², dwukierunkowa elastyczność, siatka z oznaczeniem strony implantacji, z możliwością przycinania bez ryzyka rozwarstwienia protezy i utraty włókien polipropylenowych oraz posiadającą pamięć kształtu, bez warstwy silikonu, spajania termicznego, w rozmiarach: 11 x 14 cm lub 14 x 18 cm lub 20 x 25 cm lub 25 x 35 cm lub 30x30 cm?

W przypadku wyrażenia zgody prosimy o wskazanie rozmiaru siatki, ponieważ każdy rozmiar siatki ma inną wartość cenową.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 17. Dotyczy Pakietu nr 10. Czy zamawiający w pakiecie nr 10 dopuści taśmy polipropylenowe, monofilamentowe do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu o średnicy włókna 0,15 mm, długości 50 cm i szerokości 1,25 cm, grubość 0,5 mm, gramatura 70g/m², porowatość 86%, wytrzymałość 55N/cm, grubość nici 0,15 mm. Taśma tkana z atraumatycznymi brzegami o kształcie wydłużonej pętli na całej długości taśmy. Specjalny splot warunkuje prawidłowe rozłożenie taśmy pod cewką. Taśma nie wymagająca dwuczęściowej plastikowej osłonki. Symetryczne 2,5 cm zwężenia na końcach taśmy ułatwiające przewleczenie przez igłę. Implantacja narzędziem wielorazowego użytku?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 18. Dotyczy Pakietu nr 4. Prosimy o wyjaśnienie czy w pakiecie nr 4 nie zaszła omyłka i Zamawiający pod pojęciem „Taśma wykonana z niewchłanianego, syntetycznego, monofilamentowego poliestru” rozumie i będzie wymagał taśmę wykonaną z niewchłanianego, syntetycznego, plecionego poliestru, pozostałe zapisy zgodne z SWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, że nie zaszła omyłka. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza zaoferowanie taśmy wykonanej z niewchłanianego, syntetycznego, plecionego poliestru zgodną z pozostałymi wymaganiami określonymi w SWZ.

Pytanie nr 19. Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 9. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 pozycja 9 dopuści i będzie wymagał szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłaniany wykonany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego z powleczeniem z dodatkiem triklosanu o szerokim spektrum działania antybakteryjnego, okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56 - 70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach – minimum 75%, po 21 dniach – minimum 50%, po 28 dniach minimum 25%. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonane ze stopu stali odpornej na odkształcenie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 20. Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 9. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 pozycja 9 dopuści i będzie wymagał igłę haczykową okrągło-tnącą, 31 mm, rozmiar 1, długość 75 cm, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły haczykowej okrągło-tnącej, 31 mm, rozmiar 1, długość 75 cm w zakresie Pakietu nr 2 pozycja nr 9.

Pytanie nr 21. Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 10. Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 pozycja 10 dopuści i będzie wymagał podwiązkę endoskopową, pętlową z aplikatorem, rozmiar 0, długość 53 cm, pozostałe zapisy SWZ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga zaoferowania podwiązki endoskopowej, pętlowej z aplikatorem, rozmiar 0, długość 53 cm, zgodnej z pozostałymi wymaganiami określonymi w SWZ w zakresie Pakietu nr 2 pozycja nr 10.

Pytanie nr 22. Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 24. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, pozycji nr 24 szew z igłą o długości 64 mm i nicią pojedynczą o długości 90 cm? Reszta parametrów bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23. Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 25. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, pozycji nr 25 szew z nicią pojedynczą o długości 75 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24. Dotyczy Pakietu nr 9, poz. 1-2. Czy Zamawiający dopuści następującą siatkę: lekka makroporowa, polipropylenowa, monofilamentowa siatka do plastyki przepuklin, gramatura 46g/m², wielkość oczka 2,0 x 2,4 mm? Reszta parametrów bez zmian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

**Dyrektor
SPZZOZ w Nisku**

Paweł Tofil

/podpisano elektronicznie/