



Znak sprawy: ZP/TP/10/2025

19.05.2025r.

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania: Dostawa bielizny szpitalnej, podkładów, wyrobów włókienniczych jednorazowego użytku; ZP/TP/10/2025

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1320), informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej:

Pytanie nr 1 – dotyczy Zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w rękaw papierowo-foliowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem, że rękaw jest jednorazowego użytku, zamknięty w sposób bezpieczny i jednocześnie łatwy do otwarcia.

Pytanie nr 1 – dotyczy Zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści podkład o gramaturze 54g/m², chłonności 789ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga podkładu o gramaturze nie mniejszej niż 65g, chłonności 1400ml wg opisu zawartego w „Formularzu asortymentowo - cenowym Zadanie nr 2: Sterylny pakiet noworodkowy” – załącznik nr 2.2 do SWZ.

Zamawiający informuje, iż powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców od chwili ich upublicznienia (zamieszczenia) na stronie prowadzonego postępowania.

/-/Zamawiający



Szpital Specjalistyczny
im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
ul. Warszawska 2, 52-114 Wrocław
centrala: 71/37-74-100 | fax: 71/346-51-72



**DOLNY
ŚLĄSK**