

Suwałki, dnia 20/09/2024r.

L.dz. SZW.DZI.262.329/41/PN/MN/2024

Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 41/PN/MN/2024

**SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI
NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ Z DNIA 17.09.2024R.**

Dotyczy: zamówienia udzielanego w trybie przetarg nieograniczony pn.: **Doposażenie SOR Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w sprzęt i aparaturę medyczną tj. RTG oraz ramię C w ramach projektu pn. „Modernizacja i doposażenie SOR oraz pracowni współpracujących z SOR” w ramach umowy zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia**

UCZESTNIK 1

- pkt. 65. Zaawansowana konstrukcja obudowy zapewniająca ochronę przed wnikaniem wody i pyłu min. IP56

Prosimy o dopuszczenie parametru IP54. Różni się on nieznacznie z wymagany.

JEST:

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Powinno być: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 8 – Dotyczy: Wbudowana konsola operatora aparatu mobilnego, pkt. 73. Wprowadzanie danych pacjenta za pomocą klawiatury i monitora dotykowego bezpośrednio na stanowisku oraz z systemu RIS z pomocą systemu Dicom Worklist

Prosimy czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia klawiatury? Czy Zamawiający dopuści możliwość wprowadzania danych tylko za pomocą monitora dotykowego?

Jest:

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Powinno być: Zamawiający dopuszcza wprowadzanie danych pacjenta tylko za pomocą monitora dotykowego.

Zamawiający informuje iż zmiane ulegają terminy:

- **składania ofert, z dnia 2024-09-20 godz. 12:00 na dzień 2024-09-27 godz. 12:00.**
- **otwarcia ofert, z dnia 2024-09-20 godz. 13:00 na dzień 2024-09-27 godz. 13:00.**
- **Związania ofertą z dnia 18/12/2024r. na 25/12/2024r.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie miejsce składania i otwarcia ofert.

Zamawiający informuje, iż sprostowanie odpowiedzi wraz z informacją o zmianie terminu składania i otwarcia ofert zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.szpital.suwalki.pl. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia odpowiedzi i modyfikacji w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 41/PN/MN/2024 z dnia 12/08/2024r.

Z poważaniem

Adam Szałanda

Dyrektor

Szpitala Wojewódzkiego

im. dr. Ludwika Rydygiera

w Suwałkach