

Bytom dnia: 2024-03-14

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do sterylizacji na potrzeby Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu.

Numer referencyjny: 7/7PN/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2

1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż dopuszcza ale nie wymaga.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji?

Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż dopuszcza ale nie wymaga.

Pakiet 3 zad. 1-11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych o gramaturze 60g/m² w zamian 70g/m² ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza.

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż dopuszcza ale nie wymaga.

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm² zgodnie z normą PN 868 ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż zgodnie z normą PN 868.

Zamawiający

