



ADZP-381-82/24

Poznań, 16.10.2024 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

II WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ oraz III ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SWZ

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1320), prowadzonym w trybie **podstawowym bez możliwości negocjacji**, w przedmiocie: **"Sukcesywna dostawa odczynników do oznaczeń hematologicznych wraz z dzierżawą aparatów w dwóch lokalizacjach"**, udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1: . Dot. Zał. 2b do SWZ- arkusz parametrów- technicznych Analizator II parametry wymagane (graniczne) pkt. 4: Prosimy Zamawiającego o zmianę w zapisie: „Wszystkie parametry raportowane na wyniku – parametry diagnostyczne, posiadające zakresy referencyjne, zwalidowane przez producenta analizatora i potwierdzone w oryginalnych dokumentach producenta i instrukcji analizatora (dla rasy europejskiej).” Na następujący: „Wszystkie parametry raportowane na wyniku – parametry diagnostyczne, zwalidowane przez producenta analizatora i potwierdzone w oryginalnych dokumentach producenta i instrukcji analizatora. Wykonawca dostarczy przykładowe wartości referencyjne dla parametrów raportowanych na wyniku.” Ze względu na to, że walidacja analizatora i parametrów wykonywana jest dla krwi ludzkiej, bez podziału na rasy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę, dokonano stosownej modyfikacji.

Zamawiający działając na podstawie art. art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) dokonuje zmiany treści SWZ poprzez zmianę terminów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj.:

- składania ofert, z dnia **18.10.2024 r. godz. 10:00** na dzień **22.10.2024 r. godz. 10:00**.
- otwarcia ofert, z dnia **18.10.2024 r. godz. 11:00** na dzień **22.10.2024 r. godz. 11:00**.
- wykonawca jest związany ofertą do dnia **20.11.2024 roku**.

Ponadto Zamawiający w związku z udzieloną odpowiedzią dokonał zmian następujących dokumentów:

- SWZ_hematologia
- ZMIANA_Załącznik 2b do SWZ - arkusz parametrów – technicznych.

Wszystkie zmiany treści wskazanych wyżej dokumentów zostały oznaczone kolorem czerwonym. Zmienione dokumenty otrzymały nazwę:

- ZMIANA_SWZ_hematologia
- II_ZMIANA_Załącznik 2b do SWZ - arkusz parametrów – technicznych.

Z poważaniem

**Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
/ - / Marek Dakowski**

Sprawę prowadzi: Katarzyna Królska, +48 61 61 62 559, katarzyna.krolska@szoz.pl, zmpub@szoz.pl