

Siedlce dnia: 2024-09-13

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**

Kilińskiego 29

08-110 Siedlce

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: dostawa ambulansu typu C do SPZOZ w Siedlcach.

Numer referencyjny: ambulans/472/2024

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, którego przedział medyczny ma długość 3,05m ( przed adaptacją 3,08m ) szerokość 1,75 m oraz wysokość 1,85 m, z drzwiami na przegrodzie o wysokości 1,55m które to wymiary są całkowicie zgodne z normą PN EN 1789 i wymogiem NFZ dla ambulansu typu C ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

*Ad. 1*

*Zamawiający dopuszcza oferowane parametry.*

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans bez autoalarmu ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

*Ad. 2*

*Tak.*

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi aktualnej normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę

Notyfikującą, posiadający silnik mocy 120 kW, i pojemności 2299 cm<sup>3</sup>, o max momencie obrotowym wynoszącym 380 Nm z manualną skrzynią biegów, alternatorem 185A, napędem na oś przednią?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

*Ad. 3*

*Tak.*

Pytanie 4.

Prosimy o możliwość zaoferowania ambulansu typu C o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej 3,5t ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

*Ad. 4*

*Tak. Ambulans ma mieć maksymalną masę całkowitą 3,5 t.*

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans bez kontrolki krytycznej grubości okładzin ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

*Ad. 5*

*Tak.*

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada regulację kolumny kierownicy w jednej płaszczyźnie, oraz fotel kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach, plus dodatkową pełną regulację mechaniczną oparcia oraz odcinka lędźwiowego, co w pełni umożliwia zajęcie przez kierowcę właściwej pozycji względem kierownicy ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

*Ad. 6*

*Tak.*

Pytanie 7

Czy dopuszcza się nadwozie typu kontener ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

*Ad. 7*

*Nie. Zamawiający nie dopuszcza nadwozia typu kontener.*

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans posiadający homologację pojazdu kompletnego oraz inne równoważne dokumenty dopuszczające do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie PL oraz UE ?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów określa kilka procedur w wyniku których, organ

udzielający homologacji zaświadcza, że dany pojazd jest zgodny z odpowiednimi przepisami administracyjnymi i wymogami technicznymi i może być dopuszczony do ruchu. Rozporządzenie wymienia (....) m.in. "homologację typu całego pojazdu", "homologację typu UE", "indywidualne dopuszczenie pojazdu", itd.

We wszystkich procedurach wymogiem jest przeprowadzenie wszystkich badań na zgodność z normą PN-EN 1789.

Wyjaśniamy, że dokumentami równoważnymi umożliwiającymi rejestrację ambulansu, jako pojazd specjalny sanitarny uprzywilejowany zgodnie z wymogami prawa jest dopuszczenie jednostkowe WE dopuszczenie jednostkowe wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru technicznego lub badanie techniczne z dopuszczeniem ze stacji diagnostycznej.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

*Ad. 8*

*Tak. Zamawiający dopuszcza wskazaną homologację.*

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada Certyfikat Zgodności z w/w normą wydany przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą, z drzwiami lewymi przesuwными z nieprzeźroczystą szybą w kolorze nadwozia ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

*Ad. 9*

*Tak.*

**Pytanie 10**

Czy Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności do zaoferowania ambulans w którym stabilizacja toru jazdy, precyzja prowadzenia, komfort oraz bezpieczeństwo użytkownika zostały uzyskane przez inne rozwiązania konstrukcyjne (budowa układu jezdnego obu osi, rozmieszczenie elementów przeniesienia napędu na przód ze stabilizatorem poprzecznym, szeroki rozstaw kół, szeroki rozstaw osi, nisko umieszczony środek ciężkości pojazdu, niska podłoga) niż stabilizator osi tylnej ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

*Ad. 10*

*Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.*

**Pytanie 11**

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans posiadający wysokość przejścia na przegrodzie 1550 mm ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

*Ad. 11*

*Tak.*

**Pytanie 12**

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans z systemem serwisowym wyświetlającym komunikat o konieczności wykonania przeglądu w chwili zaistnienia takiej potrzeby ?



**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

*Ad. 12*

*Tak.*

**Pytanie 13**

Czy Zamawiający dopuści ambulans, gdzie funkcja doświetlania zakrętów jest realizowana przez zintegrowane Reflektory LED Dwu Optyczne, znacznie zwiększające stałe doświetlenie drogi oraz pobocza, poprawiające widoczność podczas trudnych warunków pogodowych ?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

*Ad. 13*

*Tak.*

**Pytanie 14**

Czy Zamawiający dopuści szybę przednią ogrzewaną za pomocą wysokowydajnego nadmuchu gorącego powietrza

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

*Ad. 14*

*Tak.*

**Pytanie nr 4**

**Pytanie 15**

Dotyczy defibrylatora, pozycji „ Codzienny wydruk autotestu bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia.”

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności, w efekcie której Zamawiający ma większe szanse uzyskać bardziej korzystną cenowo ofertę dopuści defibrylator wykonujący automatycznie autotest z możliwością wydruku w dowolnym momencie przez operatora, przy każdorazowym uruchomieniu defibrylatora, co nie wiąże się dla obsługującego z żadnymi dodatkowymi czynnościami?

Powyższe rozwiązanie pozwala dokładnie tak jak w przypadku opisanego przez Zamawiającego urządzenia otrzymać informacje o sprawności defibrylatora a dodatkowo pozwala na potwierdzenie gotowości za każdym razem kiedy defibrylator ma być użyty, a nie tylko 1 raz w ciągu doby. Proponowany sposób sprawdzenia gotowości pozwala dodatkowo na otrzymanie informacji zwrotnej o podstawowych elementach takich jak chociażby gotowość kondensatora, jak również informację o podpięciu lub uszkodzeniu akcesoriów do monitorowania.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

*Ad. 15*

*Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.*

**Pytanie 16**

dotyczy pozycji "Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę."

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie defibrylatora Corpuls 3 dokonującego nieinwazyjnej stymulacji w tryba fix oraz demand w zakresie od 30 do 150 imp/ min oraz w trybie overdrive od 30 do 300 imp/ min. Pragniemy zwrócić uwagę, że stymulacja pacjenta z bradykardią do wartości 150 ud/ min jest już wartością bardzo dużą i według naszej wiedzy nie ma uzasadnionego medycznego powodu by przekraczać tą wartość.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Ad. 16

*Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.*

Pytanie 17

dotyczy pozycji „ Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych.”

Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności postępowania dopuści urządzenie wyposażone w pamięć w postaci karty CF ( Compact Flash) o pojemności 2 GB, która dokonuje archiwizacji krzywych EKG oraz przebiegu pracy?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Ad. 17

*Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie*

Pytanie 18

dotyczy pozycji "Monitorowanie EtCO2 zakres pomiaru: min. 1-99 mm, częstość oddechu min. 1-60 odd./min. wraz z zestawem akcesoriów."

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności defibrylatora Corpuls 3 dokonującego pomiaru ilości oddechów w zakresie od 3 do 150 oddechów na minutę.

Różnica w wymaganych wartościach nie prowadzi do zmiany postępowania z pacjentem- pacjent u którego stwierdzimy brak oddechu ( 0 oddechów na minutę) oraz taki który posiada 3 oddechy będzie kwalifikował się do tej samej czynności- resuscytacji krążeniowo oddechowej.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Ad. 18

*Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.*

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej w Siedlcach  
Zamawiający  
lek. med. Hanna Wilk - Manowiec