

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: **Zakup i dostawa sprzętu medycznego i biurowego oraz wyposażenia dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach POZ Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie**

Numer referencyjny: ZP.3311.42-2.2024

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

1. **Pytanie:** „Czy Zamawiający dopuści urządzenie lektorskie Smart Reader HD o poniższych parametrach:

- 1) Kamera HD 13 MP,
- 2) pojemność pamięci OCR co najmniej 1000 skanów stron formatu A4, rozmiar pliku skanu OCR różni się w zależności od gęstości tekstu,
- 3) zasilanie napięcie/prąd wejściowy 120 - 240 V AC / 0,3 - 0,5 A (nominalnie), napięcie wyjściowe 19 V DC, częstotliwość 50 LUB 60 Hz,
- 4) klasyfikacja sprzętu IEC 601-1,
- 5) typ ochrony klasa 1, stopień ochrony typ B,
- 6) tryb pracy ciągły,
- 7) zakres temperatur pracy od 0? do +40?,
- 8) zakres temperatur przechowywania/transportu od 0? do +60?,
- 9) wymiary 40,64 x 11,43 x 24,13 cm z zamkniętym ramieniem,
- 10) waga 1,8 kg.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego  
Szpitala Specjalistycznego w Chełmie

mgr Agnieszka Kruk  
/podpis/



Fundusze Europejskie  
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską

