



Zduńska Wola dnia: 2024-05-22

Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
ul. Królewska 29
98-220 Zduńska Wola
Tel. 43 824 4147
email sekretariat@szpital-zdwola.info

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na „**Dostawa materiałów medycznych sterylnych i niesterylnych dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.**” – znak sprawy **ZSP.ZP.261.11.2024**.

Zamawiający, **Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o., ul. Królewska 29, 98-220 Zduńska Wola**, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ"):

1. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (Medical Devices Regulation) MDR, art. 14, pkt 3 Zamawiający wymaga aby dostawy do jego jednostki były realizowane zgodnie z warunkami określonymi przez producenta?

Odp.: Zamawiający wymaga, aby dostarczony towar przewożony oraz przechowywany był podczas transportu ,w warunkach określonych przez producenta danego asortymentu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, § 13.1 pkt. g, Zamawiający kontroluje warunki, w jakich odbywał się transport wyrobów



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 www.szpital-zdwola.info sekretariat@szpital-zdwola.info
Numer KRS: 0000445866

medycznych, tj. sprawdza m.in. temperaturę przestrzeni ładunkowej pojazdu, którym wykonano dostawę? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający nie stosuje się do obowiązujących przepisów prawa.

Odp.: Zamawiający kontroluje warunki w jakich odbywał się transport zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Prosimy o wyjaśnienie, czy w świetle obowiązujących przepisów prawa, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (Medical Devices Regulation) MDR oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, Zamawiający wymaga realizacji dostaw wyłącznie środkami transportu posiadającymi możliwość dokumentacji temperatury z przestrzeni ładunkowej ?

Odp.: Zamawiający wymaga warunków transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Czy zamawiający dopuści w pakiecie 6 maski do podawania tlenu pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza .

5. Czy zamawiający dopuści w pakiecie 6 pozycji 8 maskę do podawania tlenu z workiem z zastawką jednokierunkową?

Odp.: Zamawiający dopuszcza .Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

6. Czy zamawiający dopuści w pakiecie 4, pozycji 16 igłę iniekcijną w rozmiarze 0,9x50? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

7. Czy zamawiający dopuści w pakiecie 4, pozycji 35-40 kaniulę dożylną z portem i skrzydełkami, igła wykonana ze stali nierdzewnej, osłona igły wykonana z polipropylenu, cewnik wykonany z teflonu PTFE, wyposażona w skrzydełka i w koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru, z portem bocznym, 4 linie RTG, brak lateksu nie zawiera ftalanów, zastawka antyzwrotna? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp.: Zgodnie z SWZ.



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 www.szpital-zdwola.info sekretariat@szpital-zdwola.info
Numer KRS: 0000445866

8. Czy zamawiający dopuści w pakiecie 2 pozycji 16 Dren do odsysania pola operacyjnego CH 24/śr.zewn.8 mm , śr.wewn.5mm,dł.2100 mm? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

9. Czy zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycji 29 Jednorazowe prowadnice do rurek intubacyjnych w rozmiarze 66 (2,5-3,5mm); 10 (4,0-5,0mm) oraz 14 (5,5- 10,0mm)? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza jednorazowe prowadnice do rurek intubacyjnych w rozmiarze 6 (2,5 – 3,5 mm) oraz 10 (4,0-5,0 mm). Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

10. Czy zamawiający dopuści w pakiecie 19 pozycji 1 zestaw do lewatywy o właściwościach : worek o pojemności 1750 ml skalowany co 100 ml między 100ml a 1700ml, w zestawie w opakowaniu: podkład 42x45 cm, woreczek z mydłem z gliceryną i olejkami, para rękawic foliowych, dren o długości 145 cm, końcówka otwarta z jednym otworem bocznym, nawilżona z osłonką, zacisk przesuwany, nie zawiera lateksu, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

11. Czy zamawiający dopuści w pakiecie 19 pozycji 22 kieliszek do leków pakowany w opak. A'80 szt. z przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

12. Czy zamawiający dopuści w pakiecie 23 pozycji 2 torbę na wymiociny o właściwościach: pojemność 1500 ml, skalowana co 100ml, wytrzymała torba o szerokim okrągłym otworze wlotowym, zaprojektowana do wygodnego i łatwego użycia, wyposażona w plastikowy uchwyt zapewniający higieniczne i proste zamknięcie po napełnieniu typu Twist & Lock, odcina źródło przykrego zapachu i uniemożliwia wydostanie się zawartości, dostępna w kolorach: białym i czerwonym, nazwa producenta nadrukowana na wyrobie?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

13. Czy zamawiający dopuści w pakiecie 4 pozycji 32 przyrząd OCŻ ze skalą plastikową wielorazową, drenem 230 cm? Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 www.szpital-zdwola.info sekretariat@szpital-zdwola.info
Numer KRS: 0000445866

14. Dotyczy pakietu 23, pozycja 2 Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania, jako produkt równoważny, worków na wymiociny, przeźroczystych, wykonanych z folii PE nie zawierającej PCV, ani lateksu, z plastikowym (sztywnym) ustnikiem umożliwiającym objęcie ust pacjenta, gwarantującym, że całość wymiocin zostanie dokładnie wychwycona. Specjalne wycięcie pozwala na szczelne zamknięcie worka. Pojemność worka, to 2000 ml (skala pomiarowa do 1500 ml, co 100 ml, skala pomiarową do 100 ml co 10 ml). Wyrób jednorazowego użytku z instrukcją obsługi na opakowaniu, pakowany po 50 szt. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

15. Dotyczy pakietu 23, pozycja 3 Prosimy o uściślenie, czy Zamawiający wymaga worka na mocz do dobowej zbiórki moczu o pojemności 2L, z drenem i zastawką antyzwrotną?

Odp.: Zamawiający wymaga worka – kaczki, służącego do oddawania moczu, gdy korzystanie z toalety jest utrudnione. Pojemność dopuszczalna worka 1000 ml - 1500 ml. Powinien posiadać zastawkę antyzwrotną oraz lejek z uchwytem.

16. Dotyczy pakietu 23, pozycja 2 Prosimy o uściślenie, czy Zamawiający wymaga worka na wymiociny z zastawką antyzwrotną i tekturowym kołnierzem?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

17. Pakiet 8 Czy Zamawiający w pozycji 1, 2 ,3 i 4 dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków o wysokości otwartej zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm oraz 4,5 mm po zamknięciu 2 mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

18. Pakiet 8 Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści staplery o wysokości otwartej zszywki 4,5 mm, po zamknięciu 1-2,5 mm (regulowany docisk).

Odp.: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

19. Dotyczy Część 20 poz. 2-4 (bądź 5-7) Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek diagnostycznych nitrylowych jednorazowego użytku, bezwonnych, chlorowanych, niepodrzwanych, niesterylnych, o dł. min 240mm. Siła



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 www.szpital-zdwola.info sekretariat@szpital-zdwola.info
Numer KRS: 0000445866

zerwania przed starzeniem min 6 N. Materiał o powierzchni teksturowanej (min. na końcówkach palców) oraz bardzo dobrej elastyczności i rozciągliwości. $AQL \leq 1,0$ (oznaczone na opakowaniu) grubości na palcu min. 0.07mm, na dłoni min. 0,05mm, na mankiecie min. 0.04mm zgodnie z normą EN 455-1,2,3,4 oraz EN ISO 21420 i EN 374. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN374-5. Odporne na przenikanie min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN 374-1 potwierdzone Certyfikatem jednostki niezależnej. Odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji tj. Isopropanol o stężeniu 70% na min. 6 najwyższym poziomie ochrony, Ethanol o stężeniu 50% na min 4 poziomie ochrony - potwierdzone raportem z badań z jednostki niezależnej wg EN 16523-1. Przebadane wg ASTM D 6978-05 na przenikanie większej ilości leków cytotoksycznych/cytostatycznych (badania potwierdzone raportem). Odporne na przenikanie min. 18 leków cytotoksycznych/cytostatycznych takich jak w tabelce poniżej, która umieszczona jest na opakowaniu jednostkowym, celem łatwej i szybkiej identyfikacji przenikalności na dane leki cytostatyczne:

TEST CHEMOTHERAPY DRUG AND CONCENTRATION (Compliant with: ASTM D 6978-05)	MINIMUM BREAKTHROUGH DETECTION TIME (Specimen 1/2/3) (Minutes)
Carboplatin 10 mg/ml (10,000 ppm)	>240
Carmustine 3.3 mg/ml (3,300 ppm)	13.0 (17.8, 13.0, 23.4)
Cisplatin 1.0 mg/ml (1,000 ppm)	>240
Cyclophosphamide 20 mg/ml (20,000 ppm)	>240
Dacarbazine 10.0 mg/ml (10 000 ppm)	>240
Daunorubicin 5.0 mg/ml (5,000 ppm)	>240
Doxorubicin Hydrochloride 2.0 mg/ml (2,000 ppm)	>240
Etoposide (Toposar) 20.0 mg/ml (20,000 ppm)	>240
Fluorouracil 50.0 mg/ml (50,000 ppm)	>240
Idurabacin 1.0 mg/ml (1,000 ppm)	>240
Ifosfamide 50.0 mg/ml (50,000 ppm)	>240
Melphalan 5.0 mg/ml (5,000 ppm)	>240
Methotrexate 25.0 mg/ml (25,000 ppm)	>240
Mitomycin C 0.5 mg/ml (500 ppm)	>240
Paclitaxel 6.0 mg/ml (6,000 ppm)	>240
Thiotepa 10.0 mg/ml (10,000 ppm)	125.8 (128.0, 134.6, 125.8)
Vinblastine 1.0 mg/ml (1,000 ppm)	>240
Vincristine Sulfate 1.0 mg/ml (1,000 ppm)	>240

w rozm.: XS, S, M, L, XL; 1 op. a 100 sztuk

Odp.: Zgodnie z SWZ.

20. Dotyczy Część 20 poz. 1 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o nieznacznej różnicy w grubości w części: palec 0,12-0.13mm, dłoń 0.10-0.11mm o pozostałych parametrach zgodnych z SWZ?



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 www.szpital-zdwola.info sekretariat@szpital-zdwola.info
Numer KRS: 0000445866

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

21. Pakiet 9 – prosimy o określenie ilości sztuk ostrzy, jaką wykonawca ma dostarczyć na próbkę oraz dokładne miejsce dostarczenia.

Odp.: Zgodnie z zapisem na wezwanie Zamawiającego Wykonawca złoży karty katalogowe, ulotki, prospekty itp. w zakresie wskazanych pakietów.

22. Pakiet 20 poz. 5,6,7 Czy Zamawiający dopuści Rękawice nitrylowe niejałowe, bezpudrowe, chlorowane od wewnątrz, oznakowane jako Wyrób Medyczny klasy I i ŚOI KATIII, Typ B. Zewnętrzna powierzchnia gładka z teksturą na opuszkach palców, Rękawice o długości min. 240 mm, siła zrywania przed starzeniem Mediana min. 7,0N, AQL ≤ 1,5. Grubość pojedynczej ścianki: palec- 0,09mm – 0,12mm, dłoń- 0,07mm- 0,09mm Zgodne z EN 455-1, 2, 3 i 4, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2015, EN 16523:2015, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, Przebadane na min. 10 substancji chemicznych wg EN 16523-1 w tym min 2 kwasy – poziom 1, oraz 70% stężenia etanolu i isopropanolu - min 25 min. Przebadane na min.13 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978-05, dopuszczone do kontaktu z żywnością. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności, LOT/nr partii lub serii, EN 455-1,2,3,4, Pakowane po 100 szt. Rozmiar XS, S, M, L, XL?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

23. Pakiet 21, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści prześcieradła o wymiarach 80 x 210 cm, z celulozy podfoliowanej w kolorze białym, wzmocnionej min. 48 nitkami z poliestru w kolorze niebieskim, gramatura min. 37 g/m kw.?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

24. Pakiet 21, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści pościel wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25 g? Wymiary poszczególnych elementów: poszewka – 70 x 80 cm, poszwa – 210 x 150 cm, prześcieradło – 10 x 210 cm?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

25. Pakiet 21, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści prześcieradła / serwety o wymiarach 80 x 140 cm, z celulozy podfoliowanej w kolorze białym, wzmocnionej min. 48 nitkami z poliestru w kolorze niebieskim, gramatura min. 37 g/m kw.?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 www.szpital-zdwola.info sekretariat@szpital-zdwola.info
Numer KRS: 0000445866

26. Pakiet 21, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze XL/XXL (135 cm w pasie)?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

27. Pakiet 21, poz. 9 Czy Zamawiający dopuści ochraniacze pakowane po 100 szt., z przeliczeniem zamawianej ilości tj. 75 op.?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

28. Pakiet 21, poz. 11-14 Czy Zamawiający dopuści ubrania ze spodniami mocowanymi na gumkę?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

29. Pakiet 21, poz. 15 Czy Zamawiający dopuści spódniczki o gramaturze min. 35 g/m kw.?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

30. Pakiet nr 8 Poz.5 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie: jednorazowy stapler okrężny zakrzywiony w rozmiarze 26mm +/- 1mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

31. Pakiet nr 8 Poz. 6 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie: jednorazowy stapler okrężny zakrzywiony w rozmiarze 29mm +/- 1mm. Pozostałe parametry bez zmian

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

32. Załącznik nr 7 do SWZ Umowa dostawy § 9 ust. 1 Uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z 0,5 % do 0,2 %?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

33. Załącznik nr 7 do SWZ Umowa dostawy § 9 ust. 9 Uprzejmie prosimy o udzielenie wyjaśnień, czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z 40 % do 10 %?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 www.szpital-zdwola.info sekretariat@szpital-zdwola.info
Numer KRS: 0000445866

34. Dotyczy Pakietu nr 28, pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści pakiety testowe Bowie Dick w opakowaniu z nietoksycznego papieru o odpowiedniej przepuszczalności?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

35. Dotyczy Pakiet nr 28: Asortyment zaoferowany w Pakiecie nr 28 nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. Jest on dopuszczony do obrotu i stosowania na podstawie Deklaracji Zgodności wystawionej przez producenta. Czy w związku z powyższym dopuści stosowne oświadczenie oraz Deklaracje Zgodności potwierdzającą zgodność z normami wystawioną przez producenta wyrobu.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

36. Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 8 poz. nr 1, obok istniejących zapisów, jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego o poniższych parametrach: - stapler liniowy jednorazowego użytku z nożem, nóż w staplerze dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wymiany ładunków, do tkanki normalnej (wysokość zszywki 3,8 mm) i grubej (wysokość zszywki 4,5 mm), cztery rzędy tytanowych zszywek o średnicy 0,23 mm, długość linii szwu 61 mm, zabezpieczenie przed użyciem otwartego staplera oraz ponownym użyciem pustego ładunku, mechanizm krzywkowy dla równomiernego formowania zszywek, zapewniającego hemostazę i szczelność zespolenia. Dopuszczenie w/w produktu równoważnego umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

37. Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 8 poz. nr 2, obok istniejących zapisów, jednorazowego ładunku do staplera zamykająco-tnącego o poniższych parametrach: - ładunek do staplera liniowego z nożem, jednorazowego użytku, do tkanki normalnej (wysokość zszywki 3,8 mm) i grubej (wysokość zszywki 4,5 mm), cztery rzędy tytanowych zszywek o średnicy 0,23 mm, długość linii szwu 61 mm, skrzydełka w części proksymalnej dla ułatwienia wymiany ładunków. Dopuszczenie w/w produktu równoważnego umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 www.szpital-zdwola.info sekretariat@szpital-zdwola.info
Numer KRS: 0000445866

38. Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 8 poz. nr 3, obok istniejących zapisów, jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego o poniższych parametrach: - stapler liniowy jednorazowego użytku z nożem, nóż w staplerze dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wymiany ładunków, do tkanki normalnej (wysokość zszywki 3,8 mm) i grubej (wysokość zszywki 4,5 mm), cztery rzędy tytanowych zszywek o średnicy 0,23 mm, długość linii szwu 81 mm, zabezpieczenie przed użyciem otwartego staplera oraz ponownym użyciem pustego ładunku, mechanizm krzywkowy dla równomiernego formowania zszywek, zapewniającego hemostazę i szczelność zespolenia. Dopuszczenie w/w produktu równoważnego umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

39. Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 8 poz. nr 4, obok istniejących zapisów, jednorazowego ładunku do staplera zamykająco-tnącego o poniższych parametrach: - ładunek do staplera liniowego z nożem, jednorazowego użytku, do tkanki normalnej (wysokość zszywki 3,8 mm) i grubej (wysokość zszywki 4,5 mm), cztery rzędy tytanowych zszywek o średnicy 0,23 mm, długość linii szwu 81 mm, skrzydełka w części proksymalnej dla ułatwienia wymiany ładunków. Dopuszczenie w/w produktu równoważnego umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

40. Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 8 poz. nr 5, obok istniejących zapisów, staplera okrężnego jednorazowego użytku o poniższych parametrach: - stapler okrężny jednorazowego użytku, podgięty, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1 - 2,3 mm, ze 180 stopniowym oknem obserwacji poziomej kompresji, dwa rzędy tytanowych zszywek o wysokości 5,0 mm, pokętło z dwoma skrzydełkami dla lepszej kontroli, automatycznie zwalniana blokada spustustu, rozmiar 25 mm (średnica noża 17 mm). Zszywki tytanowe dostosowane do MRI, zgodne biologicznie. Dopuszczenie w/w produktu równoważnego umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

41. Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 8 poz. nr 6, obok istniejących zapisów, staplera okrężnego jednorazowego użytku o poniższych parametrach: - stapler okrężny jednorazowego użytku, podgięty, z manualną kompresją tkanki w zakresie 1 - 2,3 mm,



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29

Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 www.szpital-zdwola.info sekretariat@szpital-zdwola.info

Numer KRS: 0000445866

ze 180 stopniowym oknem obserwacji poziomu kompresji, dwa rzędy tytanowych zszywek o wysokości 5,0 mm, pokętło z dwoma skrzydełkami dla lepszej kontroli, automatycznie zwalniana blokada spustustu, rozmiar 28 mm (średnica noża 20 mm). Zszywki tytanowe dostosowane do MRI, zgodne biologicznie. Dopuszczenie w/w produktu równoważnego umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

42. Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 29 poz. nr 1, obok istniejących zapisów, wkładów jednorazowych do ssaka o poniższych parametrach: - wkłady workowe o pojemności 2000 ml, uszczelniane automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładów w kanister; wymiana wkładu bez odłączania drenu łączącego wkład z kanistrem lub źródłem ssania, wymagająca jedynie odłączenia drenu pacjenta; wyposażone w uchwyt w postaci pętli o szer. min. 5,5 cm do wygodnego demontażu, wyposażone w skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem; brak innych króćców na pokrywie poza króćcem pacjenta z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu; obrotowy króciec o konstrukcji schodkowej (średnica wewn. min 7 mm); szeroki, zamykany port do wkładania saszetek żelujących; z pokrywą wyposażoną w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym; mocny worek z poliolefiny bez zawartości PCV. W obecnym kształcie przedmiotu zamówienia, ważną ofertę mogłaby złożyć tylko jedna firma tj. firma Duolux. Dopuszczenie w/w produktu równoważnego umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

43. Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 29 poz. nr 2, obok istniejących zapisów, pojemników wielorazowych na wkłady z poz. nr 1 o poniższych parametrach: - kanistry o poj. 2000 ml, wyposażone w zintegrowane wymienne króćce do podłączenia ze źródłem ssania nie wymagające odłączenia drenu ssącego od kanistra lub pokrywy przy jego wymianie, odporne na mycie w temp. 95 st. C i sterylizację w autoklawie. Dopuszczenie w/w produktu równoważnego umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 www.szpital-zdwola.info sekretariat@szpital-zdwola.info
Numer KRS: 0000445866

44. Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 7 poz. nr 1 i 2 drenu o długości 39 cm, spełniającego pozostałe parametry określone przez Zamawiającego, takiego jak obecnie dostarczany na podstawie umowy.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

45. Dotyczy Pakiet 6 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową dla dorosłych z nebulizatorem i drenem. Aerozolowa maska dla dorosłych. Maska wykonana z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu, całkowicie pozbawionego PCV (nie zawiera ftalanów), posiada elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet uszczelniający z podwójnym podbródkiem, ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą. Rozmiar uniwersalny dla dorosłych, sześć podłużnych otworów bocznych, mocowanie za pomocą gumki z możliwością regulacji, wyprofilowany zachyłek nosowy, pozbawiona blaszki (możliwość stosowania w środowisku MRI). Dren tlenowy wielokanałowy, o przekroju gwiazdki, umożliwiającym przepływ tlenu w przypadku zagięcia cewnika, odłączalny, przezroczysty, długość 2,1m, końcówka standardowa. Nebulizator o poj. 10 ml (skalowany co 2 ml). Produkt jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

46. Dotyczy Pakiet 6 poz. 2: Zamawiający dopuści maskę tlenową dla dorosłych z nebulizatorem i drenem. Aerozolowa maska dla dorosłych. Maska wykonana z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu, całkowicie pozbawionego PCV (nie zawiera ftalanów), posiada elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet uszczelniający z podwójnym podbródkiem, ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą. Rozmiar uniwersalny dla dorosłych, sześć podłużnych otworów bocznych, mocowanie za pomocą gumki z możliwością regulacji, wyprofilowany zachyłek nosowy, pozbawiona blaszki (możliwość stosowania w środowisku MRI). Dren tlenowy wielokanałowy, o przekroju gwiazdki, umożliwiającym przepływ tlenu w przypadku zagięcia cewnika, odłączalny, przezroczysty, długość 2,1m, końcówka standardowa. Nebulizator o poj. 10 ml (skalowany co 2 ml). Produkt jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

47. Dotyczy Pakiet 6 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową pediatryczną z nebulizatorem i drenem. Aerozolowa maska dla dzieci. Maska wykonana z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu, całkowicie pozbawionego PCV (nie zawiera ftalanów), posiada elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 www.szpital-zdwola.info sekretariat@szpital-zdwola.info
Numer KRS: 0000445866

uszczelniający z podwójnym podbródkiem, ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą. Rozmiar uniwersalny dla dzieci, dwa podłużne otwory boczne, mocowanie za pomocą gumki z możliwością regulacji, wyprofilowany zachyłek nosowy, pozbawiona blaszki (możliwość stosowania w środowisku MRI). Dren tlenowy wielokanałowy, o przekroju gwiazdki, umożliwiającym przepływ tlenu w przypadku zagięcia cewnika, odłączalny, przezroczysty, długość 2,1m, końcówka standardowa. Nebulizator o poj. 10 ml (skalowany co 2 ml). Produkt jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

48. Dotyczy Pakiet 6 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową pediatryczną z nebulizatorem i drenem. Aerozolowa maska dla dzieci. Maska wykonana z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu, całkowicie pozbawionego PCV (nie zawiera ftalanów), posiada elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet uszczelniający z podwójnym podbródkiem, ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą. Rozmiar uniwersalny dla dzieci, dwa podłużne otwory boczne, mocowanie za pomocą gumki z możliwością regulacji, wyprofilowany zachyłek nosowy, pozbawiona blaszki (możliwość stosowania w środowisku MRI). Dren tlenowy wielokanałowy, o przekroju gwiazdki, umożliwiającym przepływ tlenu w przypadku zagięcia cewnika, odłączalny, przezroczysty, długość 2,1m, końcówka standardowa. Nebulizator o poj. 10 ml (skalowany co 2 ml). Produkt jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

49. Dotyczy Pakiet 6 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową pediatryczną z nebulizatorem i drenem. Aerozolowa maska dla dzieci. Maska wykonana z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu, całkowicie pozbawionego PCV (nie zawiera ftalanów), posiada elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet uszczelniający z podwójnym podbródkiem, ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą. Rozmiar uniwersalny dla dzieci, dwa podłużne otwory boczne, mocowanie za pomocą gumki z możliwością regulacji, wyprofilowany zachyłek nosowy, pozbawiona blaszki (możliwość stosowania w środowisku MRI). Dren tlenowy wielokanałowy, o przekroju gwiazdki, umożliwiającym przepływ tlenu w przypadku zagięcia cewnika, odłączalny, przezroczysty, długość 2,1m, końcówka standardowa. Nebulizator o poj. 10 ml (skalowany co 2 ml). Produkt jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

50. Dotyczy Pakiet 6 poz. 6: Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową dla dorosłych z nebulizatorem i drenem. Aerozolowa maska dla dorosłych. Maska wykonana z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu, całkowicie pozbawionego PCV



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 www.szpital-zdwola.info sekretariat@szpital-zdwola.info
Numer KRS: 0000445866

(nie zawiera ftalanów), posiada elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet uszczelniający z podwójnym podbródkiem, ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą. Rozmiar uniwersalny dla dorosłych, sześć podłużnych otworów bocznych, mocowanie za pomocą gumki z możliwością regulacji, wyprofilowany zachyłek nosowy, pozbawiona blaszki (możliwość stosowania w środowisku MRI). Dren tlenowy wielokanałowy, o przekroju gwiazdki, umożliwiającym przepływ tlenu w przypadku zagięcia cewnika, odłączalny, przezroczysty, długość 2,1m, końcówka standardowa. Nebulizator o poj. 10 ml (skalowany co 2 ml). Produkt jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

51. Dotyczy Pakiet 6 poz. 7: Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową dla dorosłych z nebulizatorem i drenem. Aerozolowa maska dla dorosłych. Maska wykonana z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu, całkowicie pozbawionego PCV (nie zawiera ftalanów), posiada elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet uszczelniający z podwójnym podbródkiem, ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą. Rozmiar uniwersalny dla dorosłych, sześć podłużnych otworów bocznych, mocowanie za pomocą gumki z możliwością regulacji, wyprofilowany zachyłek nosowy, pozbawiona blaszki (możliwość stosowania w środowisku MRI). Dren tlenowy wielokanałowy, o przekroju gwiazdki, umożliwiającym przepływ tlenu w przypadku zagięcia cewnika, odłączalny, przezroczysty, długość 2,1m, końcówka standardowa. Nebulizator o poj. 10 ml (skalowany co 2 ml). Produkt jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

52. Dotyczy Pakiet 6 poz. 8: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski do tlenoterapii biernej z rezerwuarem. Maska przeznaczona dla osób dorosłych do podawania tlenu o wysokim stężeniu. Wykonana z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu, całkowicie pozbawionego PCV (nie zawiera ftalanów). Posiada elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet uszczelniający z podwójnym podbródkiem, ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą. Rozmiar uniwersalny dla dorosłych, rezerwuar tlenowy, otwory boczne z zastawkami, mocowanie za pomocą gumki z możliwością regulacji, wyprofilowany zachyłek nosowy, pozbawiona blaszki (możliwość stosowania w środowisku MRI), w zestawie odłączalny, przezroczysty wielokanałowy dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym (niezałamujący się) i długości 2,1m, końcówka standardowa. Produkt jednorazowego użytku pakowany pojedynczo.

Odp.: Zgodnie z SWZ.



53. Pytanie dotyczy SWZ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z wymogu posiadania Zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych? W obecnym stanie prawnym zgłoszenia i powiadomienia mają wyłącznie charakter informacyjny. Złożenie do Prezesa Urzędu zgłoszenia lub powiadomienia stanowi czynność materialno-techniczną, a dokonywana przez organ ocena złożonej dokumentacji ma na celu jedynie sprawdzenie poprawności przekazanych danych oraz kompletności załączonych dokumentów i nie prowadzi do rejestracji wyrobu ani do wydania decyzji o dopuszczeniu wyrobu do obrotu

Odp.: Zgodnie z SWZ.

54. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

55.2. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

56. Dotyczy Umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy dotyczących kar na:

- §9 poz. 1 W przypadku zwłoki w dostawie poszczególnych dostaw zamówień, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,3% od wartości brutto niewykonanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do dnia wykonania dostawy?
- §9 poz. 2 W przypadku niewykonania dostawy lub jej części, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niewykonanej dostawy, przy czym za niewykonanie dostawy Zamawiający uzna brak realizacji całej dostawy lub jej części powyżej 7 dni roboczych?



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 www.szpital-zdwola.info sekretariat@szpital-zdwola.info
Numer KRS: 0000445866

- §9 poz. 9 Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% łącznej wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa § 6 ust. 3?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

57. Dotyczy Pakietu nr 28 poz. 2 Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na karcie testowej i na etykiecie były w języku polskim?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

58. Dotyczy Pakietu nr 28 poz. 2 Czy w celu zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby pakiet testowy składał się z karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

59. Dotyczy Pakietu nr 28 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, w którym w celu dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był w woreczek strunowy zamiast sztywnego opakowania kartonowego?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

60. Pakiet 1 Pozycja 19 Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone z mankietem zawierające śladowe ilości ftalanów ?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

61. Pakiet 1 Pozycja 30 Czy Zamawiający dopuści jednorazową prowadnicę do trudnej intubacji pakowaną w papier folia bez futerału?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

62. Pakiet 19, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw o pojemności 1500ml z drenem 115cm zakończonym otworem końcowym i jednym bocznym oraz serwetą w rozmiarze 42x45cm, spełniający pozostałe wymagania swz?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

63. Pakiet 19, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści zaciskacz sterylny?

Odp.: Zgodnie z SWZ.



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 www.szpital-zdwola.info sekretariat@szpital-zdwola.info
Numer KRS: 0000445866

64. Pakiet 19, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym (71 x 116 cm)?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

65. Pakiet 19, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. a'100 szt z przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

66. Pakiet 19, pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. a'10 szt z przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

67. Pakiet 19, pozycja 17 Czy Zamawiający dopuści wycenę prezerwatyw w opakowaniu a'144 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

68. Pakiet 19, pozycja 22 Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków w opakowaniu a'90 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

69. Pakiet 19, pozycja 22 Czy Zamawiający dopuści kieliszki 30ml?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

70. Pakiet 20, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,11mm+/-0,02, na dłoni 0,10mm+/-0,02?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

71. Pakiet 20, pozycja 5-7 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,11mm+/-0,01?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

72. Pakiet 20, pozycja 5-7 Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające badania zgodnie z EN 16523-1 na co najmniej 19 substancji chemicznych (bez cytostatyków) na poziomie min 4, w tym substancje o szerokim spektrum działania, potwierdzone raportem z badania jednostki niezależnej zawierającym m.in. informacje: rodzaj substancji, czas przenikania, poziom odporności, nazwę laboratorium wykonującego badanie, numer raportu oraz datę wykonania badania?



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 www.szpital-zdwola.info sekretariat@szpital-zdwola.info
Numer KRS: 0000445866

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

73. Pakiet 21, pozycja 1, 7, 8, 10, 15 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. a'10 szt z przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

74. Pakiet 21, pozycja 2, 5 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. a'20 szt z przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

75. Pakiet 21, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o składzie: prześcieradło: 150 cm x 210 cm, poszwę na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

76. Pakiet 21, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. a'50 szt z przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

77. Pakiet 21, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze uniwersalnym?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

78. Pakiet 21, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op. a'100 szt z przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

79. Pakiet 21, pozycja 15 Czy Zamawiający dopuści spódnicę z włókniny 40g/m²?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

80. Pakiet nr 1, pozycja 19 Czy Zamawiający dopuści rurkę zbrojoną z niewielką zawartością ftalanów?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

81. Pakiet nr 1, pozycja 19 Czy Zamawiający dopuści rurkę zbrojoną z oznaczeniem rozmiaru w min. 3 miejscach na rurce?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale pozostałe parametry zgodne z SWZ.



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 www.szpital-zdwola.info sekretariat@szpital-zdwola.info
Numer KRS: 0000445866

82. Pakiet nr 1, pozycja 30 Czy Zamawiający dopuści prowadnicę typu Bougie pakowaną jednostkowo w opakowanie papier-folia, a zbiorczo w kartonik, każda prowadnica posiada na zagiętej końcówce dodatkowe zabezpieczenie minimalizujące ryzyko złamania bądź zgięcia?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

83. Pakiet nr 23, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny pojemności 1500ml, podziałka co 100ml, ze skalą numeryczną co 500ml, przezroczysty, z funkcją Twist&lock (zakręć i zamknij) na obręczy umożliwiającą bezpieczne zamknięcie worka po użyciu oraz uniemożliwiająca wydostanie się treści oraz zapachu; plastikowy uchwyt?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

84. Pakiet nr 23, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowych wkładów (stosowane wraz z wielorazowymi uchwytami z możliwością dezynfekcji)– zdjęcie poglądowe poniżej, takie rozwiązanie eliminuje czyszczenie, rozchlapywanie, rozlanie oraz zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego. Po 30 sekundach superchłonna wkładka higieniczna zamienia 600 ml płynów ustrojowych w żel. Wkładki są wykonane w 100% z materiałów recyklingowych. Wymiary: 16x43 cm, pakowane po 20 szt.



Odp.: Zgodnie z SWZ.

85. Pakiet nr 23, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'20 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

86. Pakiet nr 26, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści koc ratunkowy o wymiarach 160 x 210cm?

Odp.: Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 www.szpital-zdwola.info sekretariat@szpital-zdwola.info
Numer KRS: 0000445866

87. W nawiązaniu do prowadzonego postępowania pytamy Zamawiającego: 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu wydłużenia umowy przy niewykorzystanej kwocie umowy z 48 do 12 miesięcy? Wydłużenie czasu trwania umowy o kolejne 4 lata przy rosnących cenach usług i towarów jest działaniem traktującym w sposób nierówny strony umowy.

Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany § 7 ust. 15 pkt 5 umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„przedłużenia terminu obowiązywania umowy ponad czas określony w § 12 ust.1, w przypadku niezrealizowania dostaw asortymentu określonego w załączniku nr 1 do umowy, w terminie określonym w § 12, limicie cenowym wynikającym z § 6 ust. 3 umowy. Okres ten zostanie wydłużony maksymalnie do czasu osiągnięcia wartości objętych umową, jednak nie dłużej niż do 36 miesięcy od dnia podpisania umowy;”

88. Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 pozycji nr 8 dopuści możliwość zaoferowania gazy hemostatycznej, której parametry opisane są w załączonej karcie katalogowej?

„Zastosowanie – tamowanie zagrażających życiu krwotoków o średniej i dużej intensywności krwawienia, w szczególności z ran głębokich

Wysoka efektywność hemostatyczna

Natychmiastowa gotowość do użycia

Bezpieczeństwo stosowania: brak efektów ubocznych, występujących przy stosowaniu, zagrażających zdrowiu (ograniczona reakcja egzotermiczna), nie jest wchłaniany przez organizm, nie przykleja się do rany (łatwy do usunięcia z rany).

Forma opatrunku – gaza z dodatkiem środka hemostatycznego w ilości 15,36 g, szerokość 7,5 cm i długość 1,8 m, złożona w opakowaniu w formie „Z”

Opakowanie – sterylne, wodoodporne, pojedyncze, łatwe do otwierania, w kolorze zgodnym z SIWZ.

Przechowywanie - nie wymaga specjalnych warunków przechowywania, stabilność w różnych warunkach atmosferycznych. Instrukcja stosowania w języku polskim na opakowaniu.”

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

89. Pakiet 4, poz. 7-8,47 Czy zamawiający wydzieli poz.7-8,47 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29
Tel. 43 624 41 47 faks. 43 625 20 77 www.szpital-zduwia.info sekretariat@szpital-zduwia.info
Numer KRS: 0000445866
umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

90. Pakiet 19, poz. 4,7-12,15,17,22 Czy zamawiający wydzieli poz.4,7-12,15,17,22 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

91. Pakiet 21, poz.3 Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/? m2, wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

92. Pakiet 21, poz.6 Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 m, perforacja co 38 cm? Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 m, perforacja co 38 cm? Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 m, perforacja co 34 cm? Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? Czy zamawiający oczekuje podkładu celulozowego?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

93. Pakiet 21, poz. 3,6-7,9,111-14 Czy zamawiający wydzieli poz.3,6-7,9,111-14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

94. Pakiet 23, poz. 2 czy zamawiający dopuści worek nieprzezroczysty w kolorze mlecznym lub czerwonym?



Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

95. Pakiet 24, poz. 1-3 czy zamawiający oczekuje wyceny za 10 mb w stanie spoczynku?

Odp.: Tak.

96. Dotyczy pakietu 20 Zamawiający w wymagach podaje iż na opakowaniach wszystkie napisy powinny być w języku polskim. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie iż wyraża zgodę na opakowania które posiadają oznaczenia i napisy w języku polskim jak również posiadających dodatkowe informacje w innych językach w tym w języku angielskim oraz w postaci znormalizowanych symboli – zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi oznakowania wyrobów medycznych.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

97. Dotyczy pakietu 20 poz. 2, 3, 4 (w opisie 5, 6, 7) Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic posiadających badania na przenikanie 18 substancji chemicznych, w tym min. 9 substancji na 6 poziomach odporności (>480min) wykonane zgodnie z EN 16523-1; w tym na dwa alkohole: 70% etanol i 70% isopropanol na poziomie min 1 oraz dodatkowo badanie na przenikanie na 5 substancji zgodnie z ASTM F739 z czasem przenikania powyżej 60 min. Powyższe potwierdzone wynikami z badań z jednostki niezależnej od producenta. Jednocześnie prosimy o odstąpienie od wymogu przebadania na preparaty dezynfekcyjne na bazie aktywnego tlenu, o szerokim spektrum działania (grzybobójcze, bakteriobójcze, wirusobójcze oraz sporobójcze). Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

98. Pakiet 16 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Maska chirurgiczna z trokami w kolorze niebieskim, wykonana z min. 3 warstw z oddychającej włókniny SMS (polipropylenowej), wyposażona w sztywnik ułatwiający dopasowanie się maski do kształtu twarzy, skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) 98,9%. Zgodne z normą EN14683 – Typ II. Szerokość maski min. 17 cm, wysokość maski min. 9 cm. Wyraźnie oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. Opakowanie po 50 szt. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem

Odp.: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

99. Pakiet 17 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie: Maska proceduralna na gumki, w kolorze niebieskim, minimum trzywarstwowa, warstwa wewnętrzna wykonana z



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29
tel. 43 824 41 47 faks 43 823 20 74 www.szpital-zdwoła.info sekretariat@szpitalzdwoła.info
Numer KRS: 0000445866
polipropylenu i polietylenu, warstwy zewnętrzna i filtrująca wykonane z polipropylenu. Skuteczność filtracji bakteriologicznej (BFE) min. 99,5 %, ciśnienie różnicowe max. 26 Pa/cm² Szerokość maski min. 17,5 cm, wysokość maski min. 9,5 cm. Produkowany zgodnie z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Pakowana po 50 szt. w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

100. Pakiet 20 Poz 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Rękawice diagnostyczne, lateksowe pudrowane, AQL = 1.0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), poziom protein < 65ug/g rękawicy, mikroteksturowana antypoślizgowa powierzchnia zewnętrzna, grubość na palcu 0,11 ±0,01 mm, grubość na dłoni 0,09 ±0,01 mm. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III Typ C, z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Wyniki badań na przenikalność min. 20 substancji chemicznych, w tym co najmniej 7 substancji na min. 1 poziomie zgodnie z EN 16523-1, potwierdzone raportem z badań, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671 i EN 374-5 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu). Rozmiar oznaczony minimum na 5-ciu ściankach dyspensera kolorystycznie w zależności od rozmiaru. Otwór podawczy zabezpieczony folią pakowane po 100 sztuk

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

101. Pakiet 20 Poz 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Rękawice nitylowe, diagnostyczne i ochronne, bezpudrowe, jednorazowe, koloru jasnoniebieskiego. Pasujące na prawą i lewą dłoń. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, mankiet rolowany. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I, reguła V zgodnie z Rozporządzeniem EU 2017/475 oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ C wg EN ISO 374-1. AQL 1,0, siła zrywania po starzeniu zgodnie z EN 455-2 min. 7,1N. Grubość na palcach min. 0,10 ±0,02 mm. Odporne na penetrację wirusów, bakterii i grzybów zgodnie z EN 374-5. Gramatura dla rozmiaru M min. 3,5g /1 rękawica. Przebadane na penetrację min. 14 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (potwierdzone informacją na opakowaniu). Fabrycznie naniesiona na opakowaniu informacja o akceleratorach użytych w procesie produkcji. Zgodne z REG. 1935/2004 w sprawie kontaktu z żywnością, z odpowiednim oznakowaniem na opakowaniu. Producent stosuje systemy zarządzania jakością zgodnie z ISO 13485, ISO 9001, potwierdzone informacją na opakowaniu. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic umieszczona bezpośrednio na opakowaniu. Rozmiar S, oznaczony kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 szt.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.



98-220 Zduńska Wola ul. Królewska 29
Tel: 43 824 41 47 faks: 43 823 20 71 www.szpital-zdwola.info sekretariat@szpital-zdwola.info
Numer KRS: 0000445866

102. Pakiet 20 Poz 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Rękawice nitrylowe, diagnostyczne i ochronne, bezpudrowe, jednorazowe, koloru jasnoniebieskiego. Pasujące na prawą i lewą dłoń. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, mankiet rolowany. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I, reguła V zgodnie z Rozporządzeniem EU 2017/475 oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ C wg EN ISO 374-1. AQL 1,0, siła zrywania po starzeniu zgodnie z EN 455-2 min. 7,1N. Grubość na palcach min. $0,10 \pm 0,02$ mm. Odporne na penetrację wirusów, bakterii i grzybów zgodnie EN 374-5. Gramatura dla rozmiaru M min. 3,5g /1 rękawica. Przebadane na penetrację min. 14 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (potwierdzone informacją na opakowaniu). Fabrycznie naniesiona na opakowaniu informacja o akceleratorach użytych w procesie produkcji. Zgodne z REG. 1935/2004 w sprawie kontaktu z żywności, z odpowiednim oznakowaniem na opakowaniu. Producent stosuje systemy zarządzania jakością zgodnie z ISO 13485, ISO 9001, potwierdzone informacją na opakowaniu. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic umieszczona bezpośrednio na opakowaniu. Rozmiar M, oznaczony kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 szt.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

103. Pakiet 20 Poz 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Rękawice nitrylowe, diagnostyczne i ochronne, bezpudrowe, jednorazowe, koloru jasnoniebieskiego. Pasujące na prawą i lewą dłoń. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, mankiet rolowany. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I, reguła V zgodnie z Rozporządzeniem EU 2017/475 oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ C wg EN ISO 374-1. AQL 1,0, siła zrywania po starzeniu zgodnie z EN 455-2 min. 7,1N. Grubość na palcach min. $0,10 \pm 0,02$ mm. Odporne na penetrację wirusów, bakterii i grzybów zgodnie EN 374-5. Gramatura dla rozmiaru M min. 3,5g /1 rękawica. Przebadane na penetrację min. 14 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (potwierdzone informacją na opakowaniu). Fabrycznie naniesiona na opakowaniu informacja o akceleratorach użytych w procesie produkcji. Zgodne z REG. 1935/2004 w sprawie kontaktu z żywności, z odpowiednim oznakowaniem na opakowaniu. Producent stosuje systemy zarządzania jakością zgodnie z ISO 13485, ISO 9001, potwierdzone informacją na opakowaniu. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic umieszczona bezpośrednio na opakowaniu. Rozmiar L, oznaczony kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 szt.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający

Ewelina Nowicka

PROKURENT

Zarządu Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. 23

