

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu."** – znak sprawy 17/17PN/2021.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 8

Pakiet nr 102 Poz. 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszul w rozmiarach M/L (długość 110 cm, szerokość 140 cm) i XL/XXL (długość 125 cm, szerokość 160 cm), wykonanych z nieprześwitującej włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m², wiązanych na karku oraz w pasie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody. Potrzebne są wszystkie rozmiary od S do XXL.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszul wykonanych z nieprześwitującej włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m², wiązanych na karku oraz w pasie, troki w kolorze niebieskim?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga parametrów zgodnie z opisem w SWZ.

W imieniu komisji przetargowej Zamawiającego

Referent
ds. Zamówień Publicznych
inż. Małgorzata Jasiniok