

**Szpital Specjalistyczny nr 2**

Batorego 15

41-902 Bytom

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu - powtórzenie.

Numer referencyjny: 9/9PN/2025

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 13**

Pakiet nr 85 poz. 2 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o nieznacznie różniącej się grubości na palcu min. 0,19mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic sterylizowanych tlenkiem etylenu w opakowaniu papier/folia. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, nie wymaga**

Pakiet nr 85 poz. 3 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający opisując: „Badania na przenikalność min. 20 substancji chemicznych, oraz cystostatyków”, miał na myśli: badania na przenikalność min 20 substancji chemicznych, w tym cytostatyków

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, nie wymaga**

Koordynator Zamówień Publicznych  
*mgr Magdalena Pudło*