

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz dostawa specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Numer referencyjny: 1/1PN2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 68

Pakiet 62 Czy Zamawiający dopuści siatkę o grubości 0,45 +/- 0,05 mm i średnicy porów około 1mm? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet 65

Czy Zamawiający dopuści taśmę urologiczną wytwarzaną jest techniką dziewiarską z przezroczystej monofilamentowej przędzy polipropylenowej? Na obydwu końcach taśma zaopatrzona jest w niebieskie uchwyty pozwalające na jej bezpieczne zamocowanie na odpowiednim aplikatorze. Uchwyty te również wykonane są z przędzy polipropylenowej monofilamentowej. Każdy uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie przed wyrwaniem z taśmy pod wpływem siły potrzebnej do jej

przeprowadzenia przez struktury anatomiczne.

Taśma urologiczna charakteryzuje się:

- " niską masą liniową,
- " atraumatycznymi brzegami,
- " biostabilnością, dzięki czemu nie traci właściwości fizycznych podczas długotrwałego kontaktu z tkankami i płynami ustrojowymi,
- " porowatą strukturą minimalizującą ryzyko infekcji bakteryjnej,
- " optymalnie opracowaną strukturą przestrzenną, gdzie wielkość porów umożliwia szybkie przerastanie tkanką łączną,
- " brakiem działania drażniącego i działania alergennego,
- " brakiem cyto- i genotoksyczności,
- " brakiem toksyczności systemowej,
- " minimalnym odczynem na ciało obce potwierdzonym w badaniach długoterminowych in vivo.
- " na końcach wyposażona w uchwyty - pętle (zabezpieczone osłonką termokurczliwą) służące do mocowania na aplikatorze
- " długość taśmy bez uchwytów 60 cm \pm 3,0
- " Taśma zalecana jest do stosowania podczas zabiegów chirurgicznych leczenia Wysiłkowego Nietrzymania Mocz. Wyrób przeznaczony jest do implantacji metodami TVT, TOT lub TVT-O.
- " Razem z taśmą występują dwa aplikatory wielokrotnego użytku dostarczane do sprzedaży w stanie niejałowym. Zestaw aplikatorów TOT składa się z dwóch aplikatorów stanowiących swoje lustrzane odbicie. Jest on przeznaczony do wykorzystania w metodzie TOT "outside-in" (trans Obturator Tape)

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie 74 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną, zbudowaną z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze 43 g/m², o wymiarach 45cm x 75cm z centralnym otworem przyklepnym o średnicy 8cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie 74 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 45cmx75cm?

Reszta parametrów zgodna z SWZ.

K

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie 75

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło jednorazowe wzmocnione o gramaturze 27g/m²? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie 76

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 55g/m² i odporności na przenikanie cieczy 309,8cm H₂O ? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie 77

Czy Zamawiający dopuści zestaw zgodny z normą 13795: 2019 w miejsce normy EN 13795:2011 (E)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie 79

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw chirurgiczny, uniwersalny, wzmocniony, wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o gramaturze 55 g/m², odporność na przenikanie cieczy cieczy 309,8cm H₂O o składzie:?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie 108

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 200x180cm?

Reszta parametrów zgodna z SWZ

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zadanie 91, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści koszulę z miękkiej antystatycznej włókniny sms o gram. 35 g/m²; włóknina nie powoduje cytotoksyczności wg PN-EN ISO 10993-5 i jest biogodna wg PN-EN ISO 10993-1. Luźna, szeroka, nie ogranicza ruchów, ze specjalnymi fałdami z przodu umożliwiającymi dopasowanie do sylwetki ciężarnej. Głębokie wycięcie z przodu pozwala na karmienie noworodka a dwie pary troków zachowują intymność i komfort pacjentki. Kolor ciemnoniebieski. Rozmiar S/M i L/XL. Pakowana w opakowanie foliowe po 10 sztuk z etykieta zawierającą co najmniej



nazwę wyrobu, numer katalogowy, nazwę wytwórcy, informacja o braku lateksu i kod kreskowy w celu dokładnej identyfikacji wyrobu. Paroprzepuszczalność min. 4360 g/m²x24h. Termin ważności 5 lat.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie nr 91, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta z ciemnoniebieskiej antystatycznej włókniny polipropylenowej SMS 35 g/m², wytrzymałość na wypychanie min. 130 kPa, paroprzepuszczalność min. 4300 g/m²/24h. Włóknina biozgodna i nie cytotoksyczna wg PN-EN ISO 10993-5. Koszula posiada krótki rękaw 27 cm \pm 0,5 cm, podkroj szyć wykończony plisą, która jest jednocześnie wiązaniem. Posiada rozcięcie na całej długości, a na linii pasa troki do wiązania 180 cm \pm 5 cm. Rozmiar uniwersalny - długość koszuli od najwyższego punktu ramienia 110 cm \pm 2 cm, szerokość na dole 140 cm \pm 2 cm. Pakowana w opakowanie foliowe po 10 sztuk z etykieta zawierającą co najmniej nazwę wyrobu, numer katalogowy, nazwę wytwórcy, informację o braku lateksu i kod kreskowy w celu dokładnej identyfikacji wyrobu. Termin ważności 5 lat.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. próbek

Prosimy o wskazanie do jakich pakietów Zamawiający będzie wymagał próbek i w jakiej ilości

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zmodyfikował zapis SWZ, poprzez dodanie zapisu (w sprawie dostarczenia próbki asortymentu) w rozdziale 21, z dn. 04.02.2025r.

Zamawiający
