

**Szpital Specjalistyczny nr 2**  
Batorego 15  
41-902 Bytom

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **""Dostawa sprzętu dla realizowanego projektu "eCareMed - eZdrowie w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu""** – znak sprawy 9/9PN/2022.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 8**

Monitor musi posiadać sprzętową (hardware) kalibrację do DICOM Pytanie: Wymóg sprzętowej kalibracji monitora pociąga za sobą konieczność zakupu dodatkowego kalibratora, ewentualnie programu do kalibracji jeśli taki nie jest dołączony do monitora, oraz zatrudnienie specjalnej osoby lub wynajęcie firmy zewnętrznej do okresowego przeprowadzania wymaganej kalibracji. Najnowsze konstrukcje monitorów wyposażane są w układy automatycznej kontroli i korekcji prawidłowości odwzorowania krzywej DICOM. Eliminuje to konieczność zakupu dodatkowego urządzenia i obniża koszty eksploatacji redukując zatrudnianie firm zewnętrznych. Czy zatem zamawiający dopuści monitor, który na etapie produkcji kalibrowany jest sprzętowo zgodnie z krzywą DICOM i wyposażony jest w system automatycznej, stałej kontroli prawidłowości wyświetlania obrazów DICOM w oparciu o wbudowany w centralny punkt matrycy czujnik. Minimalizuje to koszty systemu i odciąża użytkownika od konieczności kontrolowania monitora.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający akceptuje jedynie rozwiązanie spełniające normy DICOM i zgodne z zapisami OPZ.**

Zamawiający

**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
ds. Administracji i Sprawy Technicznych  
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu  
*[Podpis]*