

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Przetarg nieograniczony na "dostawę odczynników diagnostycznych i bakteriologicznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu".

Numer referencyjny: 13/13PN/2024

SPROSTOWANIE WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 15

Pakiet 11 - Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie parafiny, której temperatura topnienia to 56-58 stopni °C

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę jeżeli parafina będzie granulowana o dużej przejrzystości.

Zamawiający będzie wymagał próbk.

Pakiet 11 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie oraz określenie w jaki sposób zamierza zweryfikować przejrzystość parafiny?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający będzie wymagał próbk, co jest zawarte w SWZ.

Pakiet 12 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego, który cechuje się zbliżonymi parametrami: zawartość ksylenu 60-65%, temperatura zapłonu 29°C

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dopuszcza w/w parametry lub wymogi wskazane w specyfikacji.

Zamawiający

