

Szpital Specjalistyczny nr 2  
Batorego 15  
41-902 Bytom

**WYKONAWCY**  
ubiegający się o zamówienie publiczne

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu."** – znak sprawy 17/17PN/2021.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie nr 42

#### Pakiet nr 73:

Czy Zamawiający dopuści taśmę do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, o wymiarze: długość 45 cm ( $\pm 0,5$  cm), szerokość: 1,1 cm ( $\pm 0,1$  cm), taśma cięta laserowo, o atraumatycznych zakończeniach, gramatura 64 – 73 g/m<sup>2</sup>, porowatość 67%, grubość 0,54 mm, grubość przędzy 0,16 mm, wielkość oczek splotu 4,1 x 1,2 mm, taśma umieszczona w plastikowej dwuczęściowej osłonce, co zapewnia sterylność oraz dodatkowo obniża traumatyzację podczas przeciągania przez tkanki, taśma przeznaczona do obu metod (TVT, TOT)?

#### Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

#### Pakiet nr 73:

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować ile kompletów narzędzi wielorazowego użytku będzie wymagał w trakcie umowy?

#### Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

**Zamawiający dopuści instrumenty wielorazowe w liczbie 4.**

#### Pakiet nr 84, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową o wymiarach 45cm x 75cm z centralnym otworem przyklepnym o średnicy 8cm?

#### Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

#### Pakiet nr 84, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową o wymiarach 45cm x 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

#### Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

#### Pakiet nr 85:

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z laminatu o gramaturze 27g/m<sup>2</sup>? Pozostałe parametry bez zmian.

#### Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

#### Pakiet nr 88:

Czy Zamawiający dopuści zestaw, który w swoim składzie posiada łącznie 4 fartuchy wzmocnione – 2 w rozmiarze L oraz 2 w rozmiarze XL? Pozostałe parametry i składowe bez zmian.

#### Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

#### Pakiet nr 89:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sterylnej wzmocnionej obłożenia uniwersalnej zgodnej z normą 13795-1,2,3 o składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm (wzmocnienie 66 x 190 cm)

1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80x145 cm (wzmocnienie 76 x 85 cm) – grubość folii 50µm  
 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x 240cm (wzmocnienie 37,5 x 70 cm)  
 1 samoprzylepna serweta operacyjna 200x 170cm (wzmocnienie 37,5 x 70 cm)  
 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90cm (wzmocnienie 37,5 x 70 cm)  
 1 taśma samoprzylepna 9 x 50 cm  
 2 ręczniki z włókniny kompresowej - 40 g/m2, chłonności min. 800% 20 x 40 cm  
 Obłożenie wykonane z laminatu włókniny i folii o gramaturze 62 g/m2, w obszarze krytycznym wzmocnione włókninowymi łatami chłonnymi o gramaturze 63 g/m2. Łączna gramatura w obszarze wzmocnionym 125 g/m2. Barierowość dla wody min. 450 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 200 kPa, nasiąkliwość metodą run off w obszarze krytycznym 66,3 % (wg PN - EN ISO 9073-11). Laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia (wg PN - EN ISO 10993 - 10) i nie jest cytotoksyczny (wg PN - EN ISO 10993 - 5).

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pakiet nr 94:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic diagnostycznych nitylowych - AQL 1,5, grubość na palcu minimum 0,05 mm, na dłoni minimum 0,05 mm – pozostałe parametry bez zmian.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SWZ.**

**Pakiet nr 102, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla położnic z miękkiej antystatycznej włókniny sms o gram. 35 g/m2; włóknina nie powoduje cytotoksyczności wg PN-EN ISO 10993-5. Luźna, szeroka, nie ogranicza ruchów, ze specjalnymi fałdami z przodu umożliwiającymi dopasowanie do sylwetki ciężarnej. Głębokie wycięcie z przodu pozwala na karmienie noworodka a dwie pary troków zachowują intymność i komfort pacjentki. Kolor ciemnoniebieski. Rozmiar S/M i L/XL. Pakowana w opakowanie foliowe po 10 sztuk z etykieta zawierającą co najmniej nazwę wyrobu, numer katalogowy, nazwę wytwórcy, informacja o braku lateksu i kod kreskowy w celu dokładnej identyfikacji wyrobu. Paroprzepuszczalność min. 4365 g/m2x24h. Termin ważności 5 lat.

Rozmiary koszul w cm:

Parametr	Rozmiar	
	S-M	L-XL
Całkowita długość koszuli	100	110
Długość rękawa i ramienia	34	39
Obwód klatki piersiowej (bez zakładki)	94	100

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający dopuszcza.**


**Pakiet nr 102, poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonane z miękkiej włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m2. Podkrój szyi wykończony jest plisą, która jednocześnie jest wiązaniem. Z przodu wszyty jest trok do zawiązania koszuli w pasie. Kolor koszuli i troku - granatowy.

Rozmiary i pakowanie: Całkowita długość koszuli (mierzona od najwyższego punktu ramienia) 110 cm (+/- 2 cm), szerokość koszuli na dole (w rozłożeniu) 140 cm (+/- 2 cm), długość rękawa 27cm; długość i szerokość troków do wiązania w pasie: 90 x 0,7cm - pakowane w worek foliowy po 10 szt.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**



W imieniu Zamawiającego