



tel.: +48 22 343 46 00
tel.: +48 22 815 30 11
fax: +48 22 343 45 25

IK-EZP/065/161/2021

Warszawa, dnia 18.05.2021r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ (02)

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), w imieniu Narodowego Instytutu Kardiologii („Zamawiający”) udzielamy wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego :

„ Dostawa mebli i wyposażenia medycznego dla budynku J w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie”

Znak sprawy ZP.016.2021

1. Do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udzielono następujących odpowiedzi:

Pytanie 1 dot. części nr 2 poz. 6 Wózek wielofunkcyjny

Czy Zamawiający dopuści wózek wielofunkcyjny o parametrach i rozwiązaniach opisanych poniżej
Wózek wielofunkcyjny

- stelaż z jednolitego odlewu tworzywowego wykonanego z poliuretanu typu Baydur o właściwościach bakteriostatycznych
- front szafki w kolorze
- szafka (wym.: szer. 830 mm x gł. 715 mm x wys. 910 mm) z 5 szufladami (wysokość frontów około: 3x100 mm, 2x150 mm)
- prowadnice szuflad z mechanizmem samodomykającym, korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonna wilgoci, minimalizujący wibracje, centralny zamek (dwa komplety kluczy w zestawie)
- 1 blat roboczy tworzywowo wysuwany z boku wózka
- 2 odcinek szyny instrumentalnej z zabezpieczonymi narożnikami
- 1 nadstawka (w każdej dwa rzędy pojemników)
- 1 dozownik rękawiczek jednorazowych
- 1 wieszak kroplówki z regulacją wysokości
- 1 pojemnik na zużyte igły poj. Około 1l montowany w blacie roboczym
- 1 pojemnik na cewniki poj. min 0,7l wytłoczony w korpusie wózka
- 2 uchwyty do prowadzenia z boku wózka
- podstawa tworzywowa z osłonami (listwa odbojowa) z 4 kołami skrętnymi o średnicy 125 mm, w tym trzy z blokadą
- opony wykonane z materiału niebrudzącego podłoża
- odporny na środki dezynfekcyjne
- wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
- wymiary wózka z nadstawką: szer. 830 mm x gł. 715 mm x wys. 1410 mm
- wymiary blatu: 830x715 mm

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 2 dot. części nr 2 poz. 9 Stół zabiegowy

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z elektryczną regulacją wysokości za pomocą sterowników wbudowanych w podstawę stołu?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 3 dot. części nr 2 poz. 9 Stół zabiegowy

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z konstrukcją wykonaną ze stali lakierowanej proszkowo?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 3 dot. części nr 2 poz. 9 Stół zabiegowy

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z regulacją segmentu pleców w zakresie od -10o do +62o oraz z regulacją segmentu nóg w zakresie od -50o do +35o?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 4 dot. części nr 2 poz. 9 Stół zabiegowy

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z leżem o długości 2050mm oraz szerokością 650mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 5 dot. części nr 2 poz. 9 Stół zabiegowy

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z regulacją wysokości w zakresie 460mm – 940mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6 dot. części nr 2 poz. 9 Stół zabiegowy

Czy Zamawiający dopuści stół zabiegowy z wysuwanymi kołami jezdnyymi o średnicy 75mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 7 dot. części nr 2 poz. 20 Wózek wielofunkcyjny

Czy Zamawiający dopuści wózek wielofunkcyjny o parametrach i rozwiązaniach opisanych poniżej
Wózek wielofunkcyjny

- stelaż z jednolitego odlewu tworzywowego wykonanego z poliuretanu typu Baydur o właściwościach bakteriostatycznych
- front szafki w kolorze
- szafka (wym.: szer. 830 mm x gł. 715 mm x wys. 910 mm) z 5 szufladami (wysokość frontów około: 3x100 mm, 2x150 mm)
- prowadnice szuflad z mechanizmem samodomykającym, korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonnący wilgoci, minimalizujący wibracje, centralny zamek (dwa komplety kluczy w zestawie)
- 1 blat roboczy tworzywowy wysuwany z boku wózka
- 2 odcinek szyny instrumentalnej z zabezpieczonymi narożnikami
- 1 nadstawka (w każdej dwa rzędy pojemników)
- 1 półka na akcesoria ze stali nierdzewnej
- 1 miska o średnicy ze stali nierdzewnej
- 1 kosz na odpady z pokrywą uchylną
- 1 pojemnik na zużyte igły poj. Około 1l montowany w blacie głównym wózka
- 2 uchwyty do prowadzenia
- 1 uchwyt na butlę tlenową 5l
- podstawa tworzywowa z osłonami (listwa odbojowa) z 4 kołami skrętnymi o średnicy 125 mm, w tym trzy z blokadą,
- opony wykonane z materiału niebrudzącego podłoża
- odporny na środki dezynfekcyjne
- wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
- wymiary wózka z nadstawką: szer. 830 mm x gł. 715 mm x wys. 1410 mm

- wymiary szafki: szer. 830 mm x gł. 715 mm x wys. 910 mm
- wymiary powierzchni użytkowej szuflady: szer. 365mm x gł. 585 mm x wys. 100/150 mm
- wymiary blatu: 830x715 mm

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 8 dot. części nr 3, poz. 10, 12 Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów szpitalnych

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zasilaniu 230V, 50Hz, o mocy max. 3000W?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

W imieniu Zamawiającego