

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na "**dostawa odczynników diagnostycznych i bakteriologicznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu**" – znak sprawy 14/14PN/2023.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 11

PAKIET nr 4

Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 1, dotyczy Pakiet nr 4, załącznik nr 7, pozycja nr 1 „Panel pokarmowy - 10 alergenów”

Czy zamawiający dopuści zmianę szacunkowej ilości testów z ilości 300 na 312? Testy, które chcemy zaoferować Zamawiającemu, konfekcjonowane są po 24 sztuki. Dzięki zmianie szacunkowej ilości na 312 testów, możliwe będzie zaoferowanie pełnych opakowań i właściwe przygotowanie oferty.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę.

Pytanie nr 2, dotyczy Pakiet nr 4, załącznik nr 7, pozycja nr 2 „Panel oddechowy - 10 alergenów”

Czy zamawiający dopuści zmianę szacunkowej ilości testów z ilości 300 na 312? Testy, które chcemy zaoferować Zamawiającemu, konfekcjonowane są po 24 sztuki. Dzięki zmianie szacunkowej ilości na 312 testów, możliwe będzie zaoferowanie pełnych opakowań i właściwe przygotowanie oferty.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę.

Pytanie nr 3, dotyczy Pakiet nr 4, załącznik nr 7, pozycja nr 5 „Panel atopowy 30 alergenów”

Czy zamawiający dopuści zmianę szacunkowej ilości testów z ilości 50 na 72? Testy, które chcemy zaoferować Zamawiającemu, konfekcjonowane są po 24 sztuki. Dzięki zmianie szacunkowej ilości na 72 testy, możliwe będzie zaoferowanie pełnych opakowań i właściwe przygotowanie oferty

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę.

Zamawiający