

Bytom dnia: 2021-07-19

**Szpital Specjalistyczny nr 2**

Batorego 15  
41-902 Bytom

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Dostawa instalacja, uruchomienie i montaż łóżek szpitalnych, foteli i krzeseł do badań specjalistycznych, Optycznego bronchoskopu, ssaków próżniowych, lasera terapeutycznego, lasera diodowego, Aparatu do leczenia zmiennym polem magnetycznym, Aparatu do leczenia polichromatycznym spolaryzowanym światłem niskoenergetycznym w ramach zadania inwestycyjnego "Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu" – znak sprawy 16/16/2021.**

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 8**

Wielofunkcyjne łóżko elektryczne z barierką na  $\frac{3}{4}$  długości leża – 53 sztuki 1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowite 2181 mm (wymiar leża 1970 x 860 ), regulacje segmentu oparcia uda 40 stopni, regulacje wysokości 790- 763 mm wyposażone w koła odprowadzające potencjał, szczyty tworzywowe, barierki tworzywowe na całej długości?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SWZ**

Wielofunkcyjne łóżko elektryczne z barierką na całej długości leża- 12 sztuk 2. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowite 2181 mm (wymiar leża 1970 x 860 ), regulacje segmentu oparcia uda 40 stopni, regulacje wysokości 790- 763 mm wyposażone w koła odprowadzające potencjał, szczyty tworzywowe, barierki tworzywowe na całej długości?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zamawiający wymaga zgodnie z opisem SWZ**

W imieniu komisji przetargowej:

Inspektor  
ds. Zamówień Publicznych  
*Anna Panek*  
mgr Anna Panek