

**Szpital Specjalistyczny nr 2**

Batorego 15  
41-902 Bytom

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 132 pkt. 1 ustawy Pzp na **"dostawa odczynników diagnostycznych i bakteriologicznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy **13/13PN/2022**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 13**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 24 poz. 4 testu o parametrach czułości 95,65 % i swoistości 98,1%?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zgodnie z opisem SWZ.**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 24 poz. 5 testu do wykrywania antygenu Giardia Lamblia o czułości 96,2% i swoistości 97,8%?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Zgodnie z opisem SWZ.**

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 24 poz. 6 testu o parametrach: czułość 98,8%, swoistość 98,4%?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

**Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

Zamawiający