

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom
Pismo: 10/10PN/2020/34

Bytom dnia: 2020-07-01

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-07-01 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie - **Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu..**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

DOT: PAKIET NR 121

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy, hydrofobowy, mechaniczny o skuteczności przeciwwirusowej/ przeciwbakteryjnej/ przeciwprątkowej 99,99999%, przestrzeni martwej 47ml, rekomendowanej min. Vt 141ml, wadze 43g, z portem do kapnografii, z możliwością wizualnej kontroli wnętrza filtra, z systemem ochronnym w razie wystąpienia okluzji, złączami 22F/15M-22M/15F, z informacją na obudowie o typie filtra i informacją o zastosowaniu do pacjentów dorosłych? Filtr ten jest używany przez Zamawiającego od dwóch lat.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

