

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu."** – znak sprawy 17/17PN/2021.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 23

Pakiet nr 1 Igły i strzykawki, poz. 1-8, 10-11

1. Czy zamawiający dopuści wycenę a'100 szt. z odpowiednim przelicznikiem ilości, umożliwi to złożenie korzystniej cenowo oferty?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 5 Strzykawki do pomp infuzyjnych, poz. 1-2

2. Czy Zamawiający dopuści wycenę a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, umożliwi to złożenie korzystnej cenowo oferty?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 6 Strzykawki kontrastujący tłok, poz. 1-4

3. Czy Zamawiający dopuści strzykawki z mlecznym tłokiem?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 5 Strzykawki kontrastujący tłok, poz. 1-4

4. Prosimy o doprecyzowanie jakiej strzykawki oczekuje Zamawiający dwu czy trzyczęściowej, Luer czy Luer-Lock?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zgodnie z opisem SWZ,

Pakiet nr 10 Igły do bezpiecznego pobierania i pozapuszczania leków

5. Czy zamawiający dopuści wycenę a' 100 szt. z odpowiednim przelicznikiem ilości, umożliwi to złożenie korzystniejszej cenowo oferty.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 11 Igły do wstukiwania insuliny tyłu „pen”

6. Czy zamawiający dopuści wycenę a' 100 szt. z odpowiednim przelicznikiem ilości, umożliwi to złożenie korzystniejszej cenowo oferty.?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 53 Urządzenie do pobierania płynów z butelek i worków typu spike

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z dokładniejszym filtrem bakteryjnym 0,1 μm ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

W imieniu Zamawiającego

