

Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.

Zygmunta Starego 20

44-100 Gliwice

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Różne wyroby medyczne.

Numer referencyjny: 183-P-24

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Pakiet 2

1.Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie worków o pojemności 1500 ml, worek wykonany w całości ze wzmocnionego materiału, koniec worka o średnicy 12 mm.

2.Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie worków wykonanych w całości ze wzmocnionego materiału, pojemność 1100 ml, średnica trokara 12 mm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Zamawiający wyraża zgodę.
2. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Pakiet nr 6 poz. 1

1.Czy Zamawiający pisząc: "Zestaw lini krwi, część żylna i tętnicza z możliwością wykonywania

zabiegów jedno lub dwuigłowych" ma na myśli podwójny napęd na linii tętniczej lub jeziorko wyrównawcze na linii tętniczej?

Proponujemy przetestowanie naszych zestawów drenów celem porównania z obecnie stosowanymi.

Jeśli spełnią Państwa oczekiwania to prosimy o umożliwienie składania ofert na poszczególne pozycje w pakiecie nr 6.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Zamawiający ma na myśli jeziorko wyrównawcze na linii tętniczej. Zamawiający nie przewiduje dostarczenia próbek oraz nie wyraża zgody na rozbięcie oferty na poszczególne pozycje.

Pytanie nr 3

Pakiet 2

1.Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie worków z dnem wzmocnionym szwem okalającym, pojemność 1500 ml, kompatybilnych z trokami o średnicy 12 mm, szerokość worka 200 mm, głębokość 260 mm.

2.Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie worków z dnem wzmocnionym szwem okalającym, pojemność 1100 ml, kompatybilnych z trokami o średnicy 12 mm, szerokość worka 170 mm, głębokość 240 mm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Zamawiający wyraża zgodę.
2. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

1.Pytanie do pakiet nr 13

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w pakiecie 13 w poz. 7 i 8 nie doszło do omyłki: Zamawiający oczekuje zaoferowania kanistrów do urządzeń Renasys GO tymczasem Zamawiający w Szpitalu posiada urządzenia Renasys Touch - kanistry nie są kompatybilne.

2.Pytanie do pakiet nr 13

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w pakiecie 13 w poz12 nie doszło do omyłki: Zamawiający oczekuje zaoferowania sterylnego opatrunku wykonanego z gazy bawełnianej pokryty parafiną 5szt tymczasem w opakowaniu jest 50 szt.

3.Pytanie do pakiet nr 13

Prosimy zamawiającego o odpowiedź czy w pakiecie 13 w pozycji 14 nie doszło do omyłki pisarskiej:

Zamawiający oczekuje zaoferowania : Opatrunek zawierający elastyczną, warstwę poliestrową ze srebrem nanokrystalicznym .Opatrunek zachowuje swoje właściwości do 3 dni w rozmiarze 5x5 3 szt. Czy zamawiający oczekuje zaoferowania 1 opakowania 5szt? oraz Zamawiający oczekuje zaoferowania: Opatrunek zawierający elastyczną, warstwę poliestrową ze srebrem nanokrystalicznym. Opatrunek zachowuje swoje właściwości do 3 dni w rozmiarze 10 x10 35szt. W opakowaniu znajdują się 12 szt. czy zamawiający oczekuje zaoferowania 36szt tj 3opakowań?

4.Pytanie do pakiet nr 13. Prosimy zamawiającego o odpowiedź czy w pakiecie 13 w pozycji 21 zamawiający oczekuje zaoferowania pełnego opakowania tj 50szt.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

- 1.Zamawiający oczekuje zaoferowania kanistrów do urządzenia Renasys Touch.
- 2.Zamawiający oczekuje opakowania zawierającego 50 szt.
- 3.Zamawiający oczekuje zaoferowania 1 opakowania po 5 szt. w rozmiarze 5x5.oraz 3 opakowań po 12szt. w rozmiarze 10x10.
- 4.Zamawiający oczekuje w poz. 21 zaoferowania pełnego opakowania tj.50 szt.

Pytanie nr 5

1. Zadanie nr 9: Dot. par. 3 ust. 2 wzoru umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin dostaw wynosił 4 lub 5 dni roboczych?
2. Zadanie nr 9: Dot. par. 4 ust. 3 wzoru umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby minimum umowne wynosiło 80%?
3. Zadanie nr 9: Dot. par. 5 ust. 3 wzoru umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie wskazanego zapisu w przypadku wyboru oferty Wykonawcy zagranicznego?
4. Zadanie nr 9: Dot. par. 7 ust. 4 wzoru umowy – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby łączna maksymalna wysokość kar umownych nie mogła przekroczyć 20 % całkowitej wartości brutto zamówienia określonej w § 4 ust. 1 Umowy?
5. Zadanie nr 9: Czy Zamawiający uwzględni wielkość opakowania zbiorczego proponowanego przez Wykonawcę podczas składania zamówień częściowych? Wyjaśniamy, że obecnie zestawy pakowane są w opakowania zbiorcze zawierające 50 szt.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

- 1.Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostawy do 4 dni roboczych.
2. Zamawiający nie wyraża zgody.
3. Zamawiający nie wyraża zgody.
4. Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Zamawiający wyraża zgodę na opakowania zbiorcze po 50 szt.

Powyższe odpowiedzi są integralną częścią SWZ i należy je uwzględnić przy opracowaniu oferty.

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.