

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zakup materiałów do sterylizacji

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ.

Zadanie 9 poz.1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 9 pozycja nr 1 produktu: PDC ze wskaźnikiem biologiczny do pary wodnej szybkiego odczytu – 20 minuty. Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodnej, symulujący pakiet porowaty, zawierający wskaźnik biologiczny i samoprzylepną kartę do opisu cyklu oraz dodatkowo wskaźnik chemiczny typu 5 integrator z przesuwaną substancją. Zapakowany w opakowanie kartonowe ze wskaźnikiem chemicznym typu 1. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku po 20 minutach inkubacji. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Nakrętka wskaźnika w kolorze niebieskim. Na fiolce repozycjonowalna nierwująca się naklejka z miejscem do opisu ze wskazaniem chemiczny. Opakowanie zawiera 25 biologicznych zestawów testowe oraz 25 sztuk wskaźników samodzielnych. Posiada certyfikat FDA 510(k) K191021 . Wskaźnik kompatybilny z autoczytnikiem MINIBIO, który zostanie użyczony na czas trwania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ. Zamawiający posiada własny autoczytnik, który wskazał w SWZ, oczekuje wskaźników biologicznych szybkiego odczytu, kompatybilnych z posiadanym sprzętem i nie wyraża zgody na wprowadzenie do użytkowania nowego urządzenia wraz z paszportem technicznym i koniecznością nadzorowania przeglądów okresowych.

Zadanie 8 Poz.2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 8 pozycja nr 2 produktu: Wskaźnik biologiczny z odczytem 30 minuty sterylizacja nadtlenkiem wodoru. Nakrętka wskaźnika w kolorze szarym. Na fiolce repozycjonowalna nierwująca się naklejka z miejscem do opisu ze wskazaniem chemiczny, z minikruszerem dodawanym do każdego opakowania testów oraz kruszarką wbudowana w autoczytnik, co nie ma wpływu na bezpieczeństwo użytkowania stanowiąc równoważne rozwiązanie. Posiada certyfikat FDA 510(k) 191021. Wskaźnik kompatybilny z autoczytnikiem MINIBIO, który zostanie użyczony na czas trwania umowy.

Odpowiedź: Z treści pytania wynika, że dotyczy zadania 9 poz. 2 – Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Zadanie 8 Poz.3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 8 pozycja nr 3 wyniku inkubacji widocznego na wyświetlaczu za pomocą czytelnego dla pracownika oznaczenia diodami czerwona (pozytywny) lub zielona (negatywny). Wskaźnik kompatybilny z autoczytnikiem MINIBIO, który zostanie użyczony na czas trwania umowy, z zachowaniem parametrów SWZ.

Odpowiedź: Z treści pytania wynika, że dotyczy zadania 9 poz. 3 – Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

*Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Chełmie
mgr Agnieszka Kruk /-/*

