

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15
41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"Dostawa Specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy **22/22PN/2021**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 29

Pakiet 16

Prosimy o dopuszczenie czujnika z kablem 3m podłączanym bezpośrednio do monitora.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 21

Prosimy o dopuszczenie czujnika w kolorze białym z pomarańczowym wtykiem.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 23

Czy chodzi o czujniki wpinane do kabla przedłużającego czy bezpośrednio do monitora?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga czujnika bezpośrednio do monitora.

Pakiet 32

poz. 3 prosimy o dopuszczanie dł. 225 mm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

poz. 6 prosimy o dopuszczenie kulki fi 4mm lub fi 6 mm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza fi 6mm, ale nie wymaga.

Pakiet 39

Czy chodzi o czujnik dla dorosłych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wymaga dla dorosłych.

Pakiet 41

Prosimy o wydzielenie poz. 1 do oddzielnego zadania pozwoli to na złożenie oferty większej liczbie oferentów, a tym samym pozwoli uzyskać lepszą cenę.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 44

Poz. 1 prosimy o dopuszczenie dł. kabla 3m i wagi pacjenta powyżej 50 kg.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Poz. 5 prosimy o dopuszczenie dł. 2,5 m.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Prosimy o wydzielenie poz. 3 i 4 do oddzielnego zadania pozwoli to na złożenie oferty większej liczbie oferentów, a tym samym pozwoli uzyskać lepszą cenę.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 45

Prosimy o wydzielenie poz. 1 do oddzielnego zadania pozwoli to na złożenie oferty większej liczbie oferentów, a tym samym pozwoli uzyskać lepszą cenę.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 46

Poz. 1 prosimy o dopuszczenie dł. kabla 3m i wagi pacjenta powyżej 50 kg.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Poz. 2 prosimy o dopuszczenie dł. 2,5 m.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 49

Poz. 1 i 8 prosimy o dopuszczenie dł. 195 mm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Poz. 6 prosimy o dopuszczenie dł. 5m.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 52

poz. 1 i 2 prosimy o dopuszczenie czujników w kolorze białym z pomarańczową wtyczką.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 4 prosimy o dopuszczenie rozmiar fi 26 mm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 64

Poz. 1 Dopuszczenie czujników dla pacjenta o wadze 3-15 kg lub czujnika uniwersalnego typu Y.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 2 Dopuszczenie czujników dla pacjenta o wadze 15-50 kg lub czujnika uniwersalnego typu Y.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 65

poz. 2 prosimy o wydzielenie poz. 2 do oddzielnego zadania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 67

poz. 1 dopuszczenie rozmiaru 3-5.5cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 71

Prosimy o odstąpienie od wymogu kolorowego oznaczenia strefy roboczej w przypadku zaoferowania mankietu zmanometrem o czytelnej skali 0-300 mmHg.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 86

poz. 5 dopuszczenie mankietu dla dorosłych odpowiedniego dla obwodu kończyny 34-47 cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

poz. 6 dopuszczenie mankietu dla dorosłych odpowiedniego dla obwodu kończyny 25-35 cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 97

poz. 1 dopuszczenie rozmiaru 25-35 cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet nr 101

poz. 2 i 3 prosimy o dopuszczenie czujników w kolorze białym z pomarańczową wtyczką.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 91

poz. 2 i 3 prosimy o dopuszczenie czujników w kolorze białym z pomarańczową wtyczką.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 4 prosimy o dopuszczenie rozmiar fi 26 mm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 125

Prosimy o wydzielenie poz. 10 i 11 do oddzielnego zadania.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz. 1 - 4 czy chodzi o elektrody jednorazowego użytku czy wielokrotnego użytku.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga elektrody wielokrotnego użytku.

Prosimy o dopuszczenie tolerancji w wymiarach +/-10%.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Pakiet 128

poz. 4 prosimy o dopuszczenie mankietu dla dorosłych odpowiedniego dla obwodu kończyny 34-47 cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Dopuszcza, ale nie wymaga.

poz. 5 prosimy o dopuszczenie mankietu dla dorosłych odpowiedniego dla obwodu kończyny 25-35 cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 133

Prosimy o wydzielenie poz. 1-3, 7, 9, 11, 14, 15 do oddzielnego zadania pozwoli to na złożenie oferty większej liczbie oferentów, a tym samym pozwoli uzyskać lepszą cenę.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający zamieścił wydzielony Pakiet na platformie Zakupowej.

W imieniu Zamawiającego

