

Numer postępowania: **ZO-7/23**

Kraków, dnia 23.03.2023 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy postępowania prowadzonego pod nazwą „**Dostawa defibrylatora**”.

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie, działając jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, informuje o następujących wyjaśnieniach:

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do postępowania wysokiej klasy defibrylatora z możliwością programowania automatycznego codziennego testu bez włączania defibrylatora, przy zamontowanym akumulatorze, łyżkach i podłączeniu do sieci elektrycznej koło (pełny test).

Możliwość ustawienia pełnej godziny wykonywania testu w zakresie 24.00 do 5.00, z wydrukiem testu potwierdzającego jego wykonanie.

Na wydruku: data /godzina, wynik testu, dostępne archiwum przeprowadzonych testów z możliwością ponownego wydruku bez numeru seryjnego urządzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wysokiej klasy defibrylator posiadające archiwizację danych: 16 godzin ciągłego zapisu EKG, bez możliwości wykonania defibrylacji wewnętrznej, z energią defibrylacji w trybie AED dla dzieci i dorosłych w zakresie od 100J-360J?

W trybie AED- programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 100J 360J, bez algorytmu uwzględniającego wiek pacjenta przy analizie arytmii? Zakres pomiaru od 0 do 150 oddechów na minutę, bez możliwości ustawienia czasu impulsu stymulacyjnego.

Zakres pomiarowy pulsu 20-250bpm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.