

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Przetarg nieograniczony na "dostawę odczynników diagnostycznych i bakteriologicznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu".

Numer referencyjny: 13/13PN/2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 16

Pakiet nr 9 Pytanie nr 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie utrwalacza do preparatów cytologicznych w opakowaniu z rozpryskiwaczem w postaci atomizera

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 12 Pytanie nr 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie środka montującego używanego do łączenia preparatów histologicznych i cytologicznych o parametrach: ciecz bezbarwna o zawartości ksylenu 60-65% i o temperaturze zapłonu 29°C

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający