

Bytom dnia: 2019-04-09

ODPOWIEDŹ **na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Upierzejmie informujemy, iż w dniu 2019-04-09 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie - **Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu..**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

" Część 1 Pozycja 4.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł.230cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

" Część 1 Pozycja 6.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki nazwa własna: METZENBAUM, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

" Część 1 Pozycja 8.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki nazwa własna: METZENBAUM, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

" Część 1 Pozycja 9.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki Wertheim zagięte, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

" Część 2 Pozycja 5.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki nazwa własna: OCHSNER-KOCHER, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

" Część 2 Pozycja 9.: Czy Zamawiający wymaga aby kleszczyki miały 15,17,20 czy 25cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający, informuje iż zgodnie z SIWZ.

" Część 2 Pozycja 10.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki dł. 125mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. W/w narzędzia zostaną dopuszczone pod warunkiem, że firma dostarczy narzędzia nieuszkodzone i w pełni wywiąże się z warunków rękojmi i gwarancji.

" Część 3 Pozycja 5 i 6.: Czy Zamawiający wymaga asortymentu jak na załączonym obrazku. Jeśli nie, prosimy o podanie numeru katalogowego lub zdjęcia przedmiotu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Obrazek nieczytelny. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

" Część 3 Pozycja 10.: Czy Zamawiający wymaga aby pęsta była anatomiczna czy chirurgiczna.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga pęsety anatomicznej.

" Część 3 Pozycja 13.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęseta dł.130mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. W/w narzędzia zostaną dopuszczone pod warunkiem, że firma dostarczy narzędzia nieuszkodzone i w pełni wywiąże się z warunków rękojmi i gwarancji.

" Część 4 Pozycja 4.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło nazwa własna: MAYO HEGAR, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

" Część 4 Pozycja 5.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kaniula śr.1,2, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. W/w narzędzia zostaną dopuszczone pod warunkiem, że firma dostarczy narzędzia nieuszkodzone i w pełni wywiąże się z warunków rękojmi i gwarancji.

" Część 4 Pozycja 6.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kaniula śr.1,5, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

" Część 4 Pozycja 7.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, igła dł.19cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. W/w narzędzia zostaną dopuszczone pod warunkiem, że firma dostarczy narzędzia nieuszkodzone i w pełni wywiąże się z warunków rękojmi i gwarancji.

" Część 4 Pozycja 8.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, igła dł.19cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. W/w narzędzia zostaną dopuszczone pod warunkiem, że firma dostarczy narzędzia nieuszkodzone i w pełni wywiąże się z warunków rękojmi i gwarancji.

" Część 4 Pozycja 11.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło nazwa własna: MICRO-RYDER, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

" Część 6 Pozycja 1.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nóż 22,5cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

" Część 6 Pozycja 3.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki 1,5x6mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

" Część 6 Pozycja 4.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, uchwyt 27cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

" Część 6 Pozycja 8.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, językotrzymacz 16cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. W/w narzędzia zostaną dopuszczone pod warunkiem, że firma dostarczy narzędzia nieuszkodzone i w pełni wywiąże się z warunków rękojmi i gwarancji.

" Część 6 Pozycja 9.: Czy Zamawiający może podać zdjęcie wymaganego asortymentu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

" Część 6 Pozycja 10.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki 3,6mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. W/w narzędzia zostaną dopuszczone pod warunkiem, że firma dostarczy narzędzia nieuszkodzone i w pełni wywiąże się z warunków rękojmi i gwarancji.

" Część 6 Pozycja 13.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, łyżka rozmiar: 28x65mm, 32x75, 37x80, nazwa własna: KILNER-DOUGHTY, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.

" Część 28 Pozycja 1.: Czy Zamawiający wymaga aby rękojeść posiadała oświetlenie LED, Mega Light LED czy Xenon.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wymaga, rękojeść do laryngoskopu żarówkowego. Żarówka umieszczona w łyżce laryngoskopu

" Część 28 Pozycja 8.: Czy Zamawiający wymaga aby rękojeść posiadała oświetlenie LED, Mega Light LED czy Xenon.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wymaga, rękojeść do laryngoskopu żarówkowego. Żarówka umieszczona w łyżce laryngoskopu

" Część 37 Pozycja 1.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kontener 464x279x131mm i filtr wielorazowy typu ślimak, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem iż filtr wytrzyma 1000krotność sterylizacji.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego