

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15

41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"Dostawa Specjalistycznych wyrobów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu"** – znak sprawy **22/22PN/2021**.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 15

Pakiet 17

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny produkt maskę silikonową z otwartym mankietem w rozmiarach 2-5 (rozmiar 2- dzieci, rozmiar 3- duże dzieci, rozmiar 4- mali dorośli, rozmiar 5- dorośli) bez kolorowego tworzywa na wzmocnieniu- maska w całości wykonana z przezroczystego silikonu, pozostałe parametry zgodnie z Siwz?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 18 poz1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny obwód oddechowy do aparatu do znieczuleń składający się z dwóch rur rozciągliwych w zakresie od ok.60 do 180 cm, trzecia rura rozciągliwa w zakresie 30-90 cm z workiem oddechowym 2l, czysty mikrobiologicznie, przy zachowaniu pozostałych parametrów Siwz?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Lub

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy do aparatu do znieczuleń składający się z 2 rur rozciągliwych o dł. 200cm, trzecia rura 150 cm, z workiem oddechowym 3l, czysty mikrobiologicznie, przy zachowaniu pozostałych parametrów Siwz?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Lub

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny obwód oddechowy do aparatu do znieczuleń składający się z 2 rur rozciągliwych o dł.180 cm, dodatkowa rura 90cm, worek oddechowy 2l, sterylny, przy zachowaniu pozostałych parametrów Siwz?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 18 poz.2

Czy Zamawiający dopuści rozciągliwy obwód oddechowy do respiratora o dł. 200cm, sterylny przy zachowaniu pozostałych parametrów Siwz?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 72 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę krtaniową jednorazowego użytku- rurka maski wygięta pod kątem odpowiadającym budowie anatomicznej gardła (kat 70 ?) i usztywniona , fałd zabezpieczający przed zagięciem i niewłaściwym ułożeniem koniuszka mankietu podczas zakładania maski; delikatny i pozbawiony nierównych i ostrych krawędzi mankieta; znaczniki do kontroli prawidłowego usytuowania maski w rozmiarach od 1 do 6, pozostałe parametry zgodnie z Siwz?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 72 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę krtaniową wielorazowego użytku- rurka maski wygięta pod kątem odpowiadającym budowie anatomicznej gardła (kat 70°) i usztywniona, fałd zabezpieczający przed zagięciem i niewłaściwym ułożeniem koniuszka mankieta podczas zakładania maski; delikatny i pozbawiony nierównych i ostrych krawędzi mankieta; znaczniki do kontroli prawidłowego usytuowania maski; autoklawowalna, rozmiar 1-6, pozostałe parametry zgodnie z Siwz?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 121

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr o bardzo wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności filtracji wirusowej >99,999% z barierą mechaniczną w postaci membrany filtracyjnej i metodzie filtracji ładunków elektrostatycznych, sterylny, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o następujących parametrach:- objętość oddechowa 150-1500 ml, poziom nawilżania 37mg H₂O przy Vt 500 ml, waga 35,6 g, przestrzeń martwa 55 ml , opór przepływu 30 l/min 0,82 cmH₂O?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

W imieniu Zamawiającego

